

3/PCM/2016/ZP/A

Wołów, 18.02.2016 r.
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE Sp. z o.o.
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26
tel. 71/380 58 01
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
KRS 00000287118, REGON 020749504
(2)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 3/PCM/2016/ZP/A zadania pn: „Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt. 1 Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 7 – Projekt umowy (dostawa odczynników):

§1 ust. 2: Prosimy o wykreślenie zapisu „*telefonicznie na numer, potwierdzonego*” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nieodpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego zapisu.

Pyt.2 Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 10, Pakiet nr 4 – Hematologia, Tabela parametry bezwzględnie wymagane dla analizatora 5diff, Parametry zalecane:

Czy Zamawiający dopuści wyposażenie analizatora w drukarkę zewnętrzną?

Odp. Tak dopuszcza się

Pyt.3 Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2, Pakiet nr 4 – Hematologia, Tabela parametry bezwzględnie wymagane dla analizatora 5diff:

Prosimy o możliwość zaferowania odczynników z terminem ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy do laboratorium.

Odp. Tak dopuszcza się

Pyt.4 Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 7 – Projekt umowy (dostawa odczynników):

§1 ust. 2: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów umowy.

§1 ust. 3: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego asortymentu w zależności od potrzeb. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„, przy czym ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

§1 ust. 7: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: „*Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Kupujący zobowiązany jest wezwać Sprzedającego do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.*”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

§3: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„*Na wypadek zwłoki Kupującego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, Sprzedający będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności.*”

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

§4 ust. 7: Prosimy o usunięcie ww. postanowienia projektu umowy, gdyż zastrzeżenie kary umownej na wypadek dokonywania przez Wykonawcę czynności, których celem jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia jest rażąco wygórowane..

W kodeksie cywilnym w art. 354 § 1 wskazano, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współzycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Wynika z tego, że wierzyciel dysponuje wszelkimi środkami - poza oczywiście tymi, których prawo zabrania mu używać.

Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy. Kara umowna ma więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

§4: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„*Obowiązek naliczania kar umownych o których mowa w ust. 1 pkt. 2) nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.*”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

§4: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „*Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 2 z powodu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.*”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

§5 ust. 1: Prosimy o uzupełnienie zdania pierwszego ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„nie dotyczy krwi kontrolnej, dla której termin ważności będzie zgodny z harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik do niniejszej umowy”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów umowy.

Pyt.5 Dotyczy SIWZ, Projekt umowy dzierżawy:

§2 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie i instalację urządzenia (analizatorów i czytnika) w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy?

Odp. Tak

§4 ust. 1 pkt. 4 lit. a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w brzmieniu:

„lub zapewni na czas niezbędny do wykonania naprawy, możliwość przeprowadzenia badań w innym laboratorium”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów umowy.

§7 ust. 6: Prosimy o usunięcie ww. postanowienia projektu umowy, gdyż zastrzeżenie kary umownej na wypadek dokonywania przez Wykonawcę czynności, których celem jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia jest rażąco wygórowane..

W kodeksie cywilnym w art. 354 § 1 wskazano, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Wynika z tego, że wierzyciel dysponuje wszelkimi środkami - poza oczywiście tymi, których prawo zabrania mu używać.

Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy. Kara umowna ma więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

§8 ust. 5: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:
 - a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
 - b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
 - c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
 - d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,

- e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Dotyczy SIWZ:

Pyt. 6 Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenia i instalację analizatorów w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 7 Dotyczy Pakiet nr 2.

Czy pod określeniem " System chłodzenia odczynników na pokładzie" należy rozumieć taki system który jest zgodny z rekomendacjami producenta opisanymi w instrukcji obsługi?

Odp. Tak

Pyt.8 Dotyczy Pakiet nr 2.

Prosimy o wyjaśnienie czy w celu zabezpieczenia przed carry over Zamawiający ma na myśli zaoferowanie końcówek jednorazowych?

Odp. Tak

Pyt.9 Dotyczy Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by przy obliczaniu kosztów oferty uwzględnić stabilność odczynników po otwarciu z uwzględnieniem zamiennego ich przechowywania na pokładzie analizatora i w lodówce? Takie postępowanie jest zgodne z powszechną praktyka laboratoryjną oraz rekomendacjami producenta i pozwala na ekonomiczne wykorzystanie odczynników po otwarciu oraz kalkulację oferty bez sztucznego jej zawyżania.

Odp. Tak

Pyt.10 Dotyczy Pakietu nr 3, parametry wymagane:

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków oznaczających 10 parametrów fizyko-chemicznych z 11 polem kompensacyjnym na którym analizator automatycznie oznacza barwę, charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik glukozy i krwi?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.11 Dotyczy Pakietu nr 3, parametry oceniane:

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora z opcja wprowadzania wyników mikroskopowej oceny osadu do wyniku w aparacie przy pomocy tzw. przystawki osadowej działającej na podobnej zasadzie jak wewnętrzna czy zewnętrzna klawiatura (pod odpowiednimi klawiszami zaprogramowane są poszczególne składniki osadu moczu)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zaoferowanie analizatora dokonującego przed każdym odczytem/ pomiarem paska testowego, pomiaru odniesienia względem paska wzorcowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 12 Dotyczy Pakietu nr 3, formularz asortymentowo-cenowy:

Czy podana przez Zamawiającego ilość "badań" zawiera już oznaczenia przewidziane na kontrole? Czy do ilości podanej przez Zamawiającego należy doliczyć ilość pasków potrzebną na oznaczenia kontrolne?

Odp. Tak należy doliczyć

Pyt. 13 Dot. Pakietu nr 5:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając: "Przejrzyste oprogramowanie w języku polskim" jednocześnie wymaga zaoferowania analizatora komunikującego się przy pomocy ekranu dotykowego umożliwiającego wprowadzanie pełnych danych demograficznych pacjenta?

Odp. Zgodnie z SIWZ- oprogramowanie w języku polskim

Dotyczy Projektu umowy:

Pyt.14 Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie zamówienia nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt.15 Par. 1 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt.16 Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt.17 Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zdania:” Wykonawca podejmie również wszelkie możliwe działania w celu ustalenia czy na rynku wyrobów objętych niniejszą umową, są przedsiębiorcy posiadający na stanie przedmiotowe wyroby (w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca dokona stosownej transakcji celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt. 18 Dot. § 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt.19 Dot. § 4 ust.1. pkt. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia netto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt.20 Dot. § 4 ust.1. pkt. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wartości kary umownej do 5 %?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt.21. Dot. § 4 ust.1 pkt. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu „Z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca” na zapis ”z powodu okoliczności zawinionych przez Wykonawcę”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt.22 Dot. § 4 ust.1 pkt. 2)-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skreślenie słowa „opóźnienia” ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt. 23 Dot. § 4 ust.1 pkt. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skreślenie słowa „opóźnienia” ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt. 24 Dot. § 4 ust. 7- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu „*Niezależnie do powyższego w przypadku dokonania jakiejkolwiek czynności opisanej w § 9 ust. 3 Umowy przez Wykonawcę z podmiotem trzecim*” na „*Niezależnie do powyższego w przypadku dokonania niezgodnej z Umową cesji wierzytelności wynikającej z Umowy przez Wykonawcę na podmiot trzeci*”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt. 24 Dot. § 4 ust. 7- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 50 000 zł na „ 10 % wartości wierzytelności objętej cesją, poręczeniem lub zastawem rejestrowym” Obecna wysokość kary umownej przewidziana we wzorze umowy jest rażąco wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy, co może stanowić naruszenie w rozumieniu art. 5 k.c. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, ale jej celem jest naprawa wyrządzonej szkody Zamawiający nie może czynić ze swojego prawa użytku sprzecznego z jego społeczno - gospodarczym przeznaczeniem. Przeznaczeniem kary umownej jest zapewnienie systemu kontraktowych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy, ten zaś nie może prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt. 25 Dot. § 9 ust. 3 Umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu poprzez wykreślenie „udzielaniem pełnomocnictw do windykacji osobom fizycznym i prawnym” ?

Powyższe zapisy bardzo szeroko ograniczają uprawnienia Wykonawcy, w sposób nadmierny i nieproporcjonalny do celu jakim jest wyłączenie możliwości cesji wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci. W szczególności brak jest podstaw do ograniczania uprawnienia Wykonawcy do udzielenia pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności z Umowy jakimkolwiek osobom trzecim. W wypadku braku zapłaty wierzytelności z umowy Wykonawca uprawniony jest do ich dochodzenia w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym i w tym zakresie do udzielenia pełnomocnictwa np. profesjonalnym pełnomocnikom.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Dotyczy Projektu umowy dzierżawa analizatora

Pyt. 26 Dot. § 7 ust.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skreślenie słowa „opóźnienia” ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt. 27 Dot. § 7 ust.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skreślenie słowa „opóźnienia” ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt. 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 2% łącznego czynszu brutto?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt. 29 Dot. § 7 ust. 6- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 50 000 zł na „ 10 % wartości wierzytelności objętej cesją, poręczeniem lub zastawem rejestrowym”

Obecna wysokość kary umownej przewidziana we wzorze umowy jest rażąco wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy, co może stanowić naruszenie w rozumieniu art. 5 k.c. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie

może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, ale jej celem jest naprawa wyrządzonej szkody Zamawiający nie może czynić ze swojego prawa użytku sprzecznego z jego społeczno - gospodarczym przeznaczeniem. Przeznaczeniem kary umownej jest zapewnienie systemu kontraktowych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy, ten zaś nie może prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt. 30 Dot. § 11 ust. 3 Umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu poprzez wykreślenie „udzielaniem pełnomocnictw do windykacji osobom fizycznym i prawnym” ?

Powyższe zapisy bardzo szeroko ograniczają uprawnienia Wykonawcy, w sposób nadmierny i nieproporcjonalny do celu jakim jest wyłączenie możliwości cesji wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci. W szczególności brak jest podstaw do ograniczania uprawnienia Wykonawcy do udzielenia pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności z Umowy jakimkolwiek osobom trzecim. W wypadku braku zapłaty wierzytelności z umowy Wykonawca uprawniony jest do ich dochodzenia w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym i w tym zakresie do udzielenia pełnomocnictwa np. profesjonalnym pełnomocnikom.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pyt. 31. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 3 dopuści złożenie ofert z analizatorem określającym automatycznie barwę i klarowność moczu ?

Odp. Tak

Pyt. 32. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 3 dopuści złożenie oferty z analizatorem współpracującym z paskami, charakteryzującymi się zmniejszoną wartością na działanie kwasu askorbinowego?

Odp. Nie

Pyt. 33. Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 3 dopuści złożenie oferty z analizatorem wyposażonym w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD oraz przyciski funkcyjne umożliwiające dostęp do funkcji aparatu?

Odp. Tak

Pyt. 34. Dotyczy pakietu nr 5

–tabela wymagań technicznych

Poz.1: Czy Zamawiający dopuści analizator bez pomiarów chlorków?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści analizator odczynniki, kalibratorami i ściekami w jednym paku?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 35. Dotyczy pakietu nr 6 Czy Zamawiający nie popełnił błędu wstawiając 2 sztuki w kolumnie „Ilość analizatorów w szt.” zamiast jednej sztuki?

Odp. Zamawiający informuje iż wykreśla całkowicie z postępowania pakiet nr 6.

Dotyczy SIWZ:

Pyt. 36 dotyczy Pakietu nr 2 Czy Zamawiający dopuści analizator wyprodukowany w roku 2012, po kapitalnym przeglądzie i wymianie wszystkich elementów pomiarowych?"

Odp. Tak dopuszcza

Pyt. 37 dotyczy Pakietu nr 3 Czy Zamawiający dopuści analizator wyprodukowany w roku 2013, po kapitalnym przeglądzie i wymianie wszystkich elementów pomiarowych?"

Odp. Tak dopuszcza

Pyt. 38 Dotyczy pakietu nr 3:

1. Czy Zamawiający dopuszcza czułość dla glukozy 50,5 mg/dl (2,8 mmol/litr) ? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

Odp. Tak dopuszcza

2. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora z możliwością oznaczania elementów osadu moczu? Jeśli nie, to prosimy o wykreślenie zapisu w "Parametrach zalecanych" mówiącego o możliwości stosowania kontrolki z osadami, ponieważ Zamawiający nie będzie wykonywał oznaczeń osadów.

Odp. Tak dopuszcza kontrolki bez osadów

3. Czy Zamawiający po zakończeniu umowy dzierżawy wymaga bezpłatnego przekazania wirówki na własność Zamawiającemu, czy też wirówka będzie zwrócona wykonawcy ?

Odp. Tak dopuszcza

Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji zapisów SIWZ dotyczący opisu przedmiotu zamówienia oraz zmian wynikających z udzielonych odpowiedzi. Zmieniona treść SIWZ załącza się do niniejszego dokumentu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje iż nie przedłuży terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Ilona Zimartak
Ilona Zimartak

Otrzymują:

1. a/a.
2. Wszyscy uczestnicy postępowania