



Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99
www.pcmwolow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wolow.pl

4/PCM/2016/ZP/A

Wołów, 01.03.2016 r.
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE Sp. z o.o.
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26
tel. 71/ 380 58 01
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP 988-02-67-118, REGON 020749596

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 4/PCM/2016/ZP/A zadania pn: ⁽²⁾ „Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy pakietu nr 3:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuszcza czułość dla glukozy 50,5 mg/dl (2,8 mmol/litr) ?
Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2. Prosimy o wyjaśnienie sposobu naliczania kary za opóźnienie w dostawie analizatora, określonej w paragrafie 7 ust. 2 projektu umowy dzierżawy: czy będzie to 10% od wartości brutto 1-miesięcznego czynszu za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, czy 10% od wartości brutto za cały okres dzierżawy 24 miesiące - naliczone za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki?

Odp. Zamawiający informuje że kara umowna naliczona będzie w wysokości 10% od wartości brutto 1-miesięcznego czynszu za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający wymaga pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego w następujących zakresach:

- dla erytrocytów do stężenia kwasu askorbinowego do 5 mmol/litr,
- dla bilirubiny, azotynów i glukozy do stężenia kwasu askorbinowego do 2,8 mmol/litr ?

Odp. Tak Zamawiający wymaga całkowitej eliminacji wpływu kwasu askorbinowego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. a/a.
2. Wszyscy uczestnicy postępowania

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Ilona Zmarlak
Ilona Zmarlak

Ilona