

4/PCM/2016/ZP/A

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w Wołowie Sp. z o.o.
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26
tel. 71/ 380 58 01
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP 988-02-67-118, REGON 020749596
(2)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 4/PCM/2016/ZP/A zadania pn: „Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy pakietu nr 2 Analityka:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści aparat z odczytem 11 parametrów fizykochemicznych moczu?

Odp. Zamawiający wymaga parametrów zgodnie z SIWZ

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści testy paskowe 11 parametrowe z ograniczoną eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik erytrocytów, z polem oznaczającym dodatkowo kwas askorbinowy? **Odp.** Według SIWZ – paski z eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki badań czyli z całkowitą a nie częściową .

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści wprowadzanie wyników oceny mikroskopowej osadu moczu w formie komentarza?

Odp. Tak

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści aparat bez dwukrotnego odczytu optycznego jednego paska w określonych przedziałach czasowych?

Odp. Nie

Pytanie 5. Czy zamawiający w zakresie pakietu nr 2 dopuści złożenie oferty z analizatorem do moczu, z funkcją automatycznego określenia barwy moczu, bez funkcji określenia klarowności, wyposażonym w nie dotykowy ekran ciekłokrystaliczny z panelem klawiszy funkcyjnych, pozwalających na szybki dostęp do wszystkich funkcji aparatu, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?

Odp. Ponieważ pytanie zadane zamawiającemu nie jest jasne a mianowicie Wykonawca nie określił w jaki sposób należy wpisywać klarowność w związku z czym Zamawiający wymaga aby klarowność wpisywać w aparacie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje iż nie przedłuży terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. a/a.
2. Wszyscy uczestnicy postępowania

PREZES
KARZĄDU SPÓŁKI
Ilona Zmarlak
Ilona Zmarlak