

Wołów, 16.08.2016 r.

14/PCM/2016/ZP/A

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 14/PCM/2016/ZP/A zadania pn: **Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp.zo.o.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

**Pytanie 1.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 9 zestawów do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowych: poz. 10 rozmiaru 5F; poz. 11 rozmiaru 7F.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 2.** Dotyczy pakietu nr 19 - Prosimy o wyjaśnienie, czy połączenia do próżni i w kierunku do pacjenta we wkładach workowych opisanych w poz.1 i 2 mają być w formie schodkowanego obrotowego łącznika zapewniającego szczelność połączeń z drenami o różnych średnicach?

Odp. Tak

**Pytanie 3.** Dotyczy pakietu nr 19 - Prosimy o wyjaśnienie, czy wkłady do ssaka o pojemności 1000ml mają mieć spłaszczony (owalny) kształt dostosowany do ssaków będących na wyposażeniu Szpitala.

Odp. Tak

**Pytanie 4.** Dotyczy pakietu nr 19 - Prosimy o wyjaśnienie, czy zaoferowane ewentualnie równoważne wkłady do odsysania winny posiadać w pokrywie szeroki otwór do pobierania próbek i wsypywania proszku żelującego.

Odp. Tak

**Pytanie 5.** Dotyczy pakietu 30 poz. 4 - Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka i w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym zestawu do cesarskiego cięcia pojawił się opis składu innego zestawu „Zestaw do operacji kończyn: Minimalny skład zestawu: 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, 4 ręczniki do rąk, 2 taśmy op 9 x 50 cm, 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm, 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm, 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, elastyczna przesłona 7 cm z łata chłonna 50x100 cm i uchwytem na przewody, 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm”.

Czy należy w związku z tym zaoferować zestaw do cesarskiego cięcia zgodny z opisem:

Sterylny Zestaw do cięcia cesarskiego.

Skład:

- 4 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmocnionej włókniny celulozowej o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>
- 1 x osłona na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 75 x 85 cm (+/- 5 cm))

c. 1 x serweta przeznaczona do owinięcia noworodka o wymiarach 90 x 100 cm, wykonana z chłonnego materiału, kolor biały.

d. serweta główna w kształcie litery "T" 260/200 cm x 335 cm wyposażona w samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 14cm x 20cm otoczony folią chirurgiczną, oraz taśmą samoprzylepną na węższych bokach otworu, zintegrowaną torbę na płyny o wymiarach 80 cm x 84 cm z możliwością podłączenia drenu, końcówki sztywników zabezpieczone taśmą. Budowa serwety pozwala na zabezpieczenie podpórek kończyn górnych.

e. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu), min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm

Dotyczy pozycji „d” – serweta powinna być wykonana z laminatu 2-warstwowego

(włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 58 g/m<sup>2</sup> (+/- 1g/m<sup>2</sup>). Serweta powinna spełniać wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), być odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymała na wypychanie na mokro > 260 kPa, szybkość absorpcji (spływ cieczy) 80% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serweta powinna posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna o szerokości min. 5 cm wyposażona w „fingerlifty”

.Dotyczy pozycji „b”: pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii PE o grubości min. 0,05mm wyposażony w warstwę chłonną (w części roboczej) wykonaną z laminatu o gram. min. 70 g/m<sup>2</sup> i nieprzemakalności min. 150 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 200 kPa z dużym wywinieciem, co ułatwia czyste nakrycie stolika. Zestaw powinien posiadać naklejki (min 2 szt.) pozwalające na identyfikację zużytego produktu z ważności i nazwę producenta z możliwością wklejenia np. do protokołu operacyjnego. Naklejka powinna zawierać: numer ref, lot, datę.

Odp. Wycena dotyczy tylko zestawu do cesarskiego cięcia.

**Pytanie 6.** Dotyczy pakietu 29 poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

**Pytanie 7.** Dotyczy pakietu 29 poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego o wytrzymałości na wypychanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 171/112 kPa? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

**Pytanie 7.** Dotyczy pakietu 29 poz. 6, 7- Prosimy o wyłączenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Pozycje 6-7 znajdują się w pakiecie 31.

**Pytanie 8.** Dotyczy pakietu 30 poz.1- Czy zamawiający dopuści serwetę dot pozycji d,e,f z laminatu 3 warstwowego (strefa krytyczna -włóknina polipropylenowa + włóknina polipropylenowa +folia polietylenowa o gramaturze 109,5g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Tak

**Pytanie 9.** Dotyczy pakietu 30 poz.2 - Czy zamawiający dopuści serwetę dot poz d,e,f o szybkości absorpcji 75%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

**Pytanie 10.** Dotyczy pakietu 30 poz. 3 - Czy zamawiający dopuści serwety dotyczy pozycjach : h, i :serwety wykonane z laminatu 3-warstwowego (strefa krytyczna) (włóknina polipropylenowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o min. gramaturze 109,5g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Tak

**Pytanie 11.** Dotyczy pakietu 30 poz. 3- Prosimy o podanie oczekiwanej ilości zestawów.

Odp. Ilość zestawów 20

**Pytanie 12.** Dotyczy pakietu 30 poz. 5- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

**Pytanie 13. Dotyczy pakietu 17 poz. 2-** Czy Zamawiający oczekuje fartuchów pakowanych pojedynczo w opakowaniu foliowym?

Odp. Tak

**Pytanie 14. Dotyczy pakietu 17 poz. 25-** Czy Zamawiający dopuści elektrody Holtera pakowane po 50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości 54 op.?

Odp. Tak

**Pytanie 15. Dotyczy pakietu 17 poz. 33-** Czy Zamawiający dopuści torby na wymiociny z wkładem absorbcyjnym pakowane po 50 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem ilości do 2 opakowań?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 16. Dotyczy pakietu 17 poz. 36-** Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z drenem o długości 90 cm?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 17. Dotyczy pakietu 16 poz. 9-** Czy Zamawiający dopuści pojemniki do próbek histopatologicznych o pojemności 50 ml?

Odp. Tak

**Pytanie 18. Dotyczy pakietu 16 poz. 11-13 -** Czy Zamawiający dopuści pojemniki do próbek histopatologicznych posiadające wciskane pokrywki?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 19. Dotyczy pakietu 16 poz. 8-13 -** Prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odp. Pozycje wydzielone 01.08.2016r.

**Pytanie 20.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 24 rękawice myjące pakowane w pojedynczym opakowaniu po 20 szt?

Odp. Tak

**Pytanie 21.** Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 24 myjki były wykonane z poliuretanu o wymiarach 20cm x 12cm i grubości 0,5 cm, miały prostokątny kształt ,pojedyncze opakowanie nie mniejsze niż 24 szt.

Odp. Nie wymaga.

**Pytanie 22.** Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 24 rękawice miały wymiary nie mniejsze niż 25cmx16cm,instrukcja użytkowania w języku Polskim, zawarty w rękawicach żel posiada raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego.?

Odp. Wielkość rękawic nie mniejsza niż 25x16 pozostałe zgodnie z SIWZ

**Pytanie 23. Dotyczy pakietu 1 poz. 1-10** Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z nieprzezroczystym kolorowym konektorem?

Odp. Tak

**Pytanie 24. Dotyczy pakietu 1poz. 5-10** Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o dł. 600mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

**Pytanie 25. Dotyczy pakietu 1 poz.14-17** Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o dł. 600mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

**Pytanie 26. Dotyczy pakietu 2 poz. 1-2** Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu w opakowaniu foliowym?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

**Pytanie 27. Dotyczy pakietu 2 poz. 9-15** Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley w podwójnym opakowaniu folia / folia-papier?

Odp. Tak

**Pytanie 28. Dotyczy pakietu 2 poz. 9-15** Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Tak

**Pytanie 29. Dotyczy pakietu 2 poz.16-19** Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemana z gładką powierzchnią i nieprzeźroczystym kolorowym konektorem?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

**Pytanie 30. Dotyczy pakietu 2 poz. 22** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający wydziela pozycję

**Pytanie 31. Dotyczy pakietu 3 poz.1** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty badań na biokompatybilność?

Odp. Nie

**Pytanie 32. Dotyczy pakietu 3 poz.2** Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie o przepływie 20ml?

Odp. Nie

**Pytanie 33. Dotyczy pakietu 3 poz.3** Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie o przepływie 33ml?

Odp. Nie

**Pytanie 34. Dotyczy pakietu 3 poz.4** Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie o przepływie 62ml?

Odp. Nie

**Pytanie 35. Dotyczy pakietu 3 poz.7** Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie o przepływie 300ml?

Odp. Nie

**Pytanie 36. Dotyczy pakietu 3 poz.9** Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odp. Nie

**Pytanie 37. Dotyczy pakietu 5 poz.1** Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów wykonane z PCV pozbawione ftalanów?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

**Pytanie 38. Dotyczy pakietu 5 poz.1** Czy Zamawiający odstąpi od zabezpieczenia igły biorczej oraz nazwy producenta?

Odp. Nie

**Pytanie 39. Dotyczy pakietu 5 poz.3** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrządy do przetaczania leków światłoczułych były pozbawione ftalanów DEHP?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

**Pytanie 40. Dotyczy pakietu 8 poz.21** Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 6 Fr (ok. 2mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 41. Dotyczy pakietu 8 poz.22** Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 10 Fr (ok. 3,3mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 42. Dotyczy pakietu 8 poz.23** Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 14 Fr (ok. 4,6mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 43. Dotyczy pakietu 9 poz.1** Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G bez prowadnicy?

Odp. Nie

**Pytanie 44. Dotyczy pakietu 9 poz.8** Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji w rozmiarze 6F?

Odp. Nie

**Pytanie 45. Dotyczy pakietu 9 poz.9** Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji w rozmiarze 5F?

Odp. Nie

**Pytanie 46. Dotyczy pakietu 9 poz.10** Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji w rozmiarze 7F?

Odp. Nie

**Pytanie 47. Dotyczy pakietu 10 poz.3** Czy Zamawiający dopuści dreny o długości 400mm?

Odp. Tak

**Pytanie 48. Dotyczy pakietu 10 poz.3** Czy Zamawiający dopuści dreny CH 21?

Odp. Tak

**Pytanie 49. Dotyczy pakietu 10 poz. 9-12** Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra z ramionami w rozmiarze 450x180?

Odp. Tak

**Pytanie 50. Dotyczy pakietu 10 poz. 17** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający wydziela pozycję

**Pytanie 51. Dotyczy pakietu 10 poz. 19-20** Czy Zamawiający dopuści silikonowe zgłębniki żołądkowe o długości 1200mm?

Odp. Tak

**Pytanie 52. Dotyczy pakietu 14 poz.2** Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 57 x 30 x 10 szt.?

Odp. Nie

**Pytanie 53. Dotyczy pakietu 17 poz.16** Czy Zamawiający dopuści sterylne zaciskacze do pępowiny?

Odp. Tak

**Pytanie 54. Dotyczy pakietu 17 poz.16** Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępowiny w opakowaniach a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Tak

**Pytanie 55. Dotyczy pakietu 17, poz. 27-28** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający wydziela pozycję

**Pytanie 56. Dotyczy pakietu 27, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii dla noworodków w trzech rozmiarach: rozmiar S (290 mm – 355 mm), M (310 mm – 375 mm), L (330 mm – 395 mm) w opakowaniach a'1 szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Tak

**Pytanie 57. Dotyczy pakietu 28, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

Odp. Tak

**Pytanie 58. Dotyczy pakietu 28, poz. 4-5** Czy Zamawiający dopuści zestawy z drenami o średnicy 5,6mm/8mm (wew./zew.)?

Odp. Tak

**Pytanie 59. Dotyczy pakietu 28, poz. 6-8** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający wydziela pozycję

**Pytanie 60. Dotyczy pakietu 15, poz.1** Prosimy Zamawiającego o określenie rozmiaru prześcieradła.

Odp. Rozmiar 150/210

**Pytanie 61. Dotyczy pakietu 15, poz. 9** Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowany na całej powierzchni, pozostałe wygania zgodne z siwz?

Odp. Tak

**Pytanie 62. Dotyczy pakietu 15, poz. 15** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 80 cm x 210 cm, pozostałe wygania zgodne z siwz?

Odp. Tak

**Pytanie 63. Dotyczy pakietu 24, poz. 1** Czy Zamawiający oczekuje jednorazowej myjki do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączonej obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonanej w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60gr. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości

Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem?

Odp. Zamawiający nie wymaga

**Pytanie 64. Dotyczy pakietu 29, poz. 6-7** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 6 i 7 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odp. Z Pakietu 29 wykreśla się pozycje 6-7, gdyż znajdują się w pakiecie nr 31.

**Pytanie 65. Dotyczy pakietu 29, poz. 6-7, pakiet 31 poz. 1-2** Czy nie zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia, w pakiecie 29 poz. 6-7 i w pakiecie 31 poz. 1-2 widnieje ten sam asortyment?

Odp. Tak zaszła pomyłka

**Pytanie 66.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawice myjące włókninowe o parametrach zgodnych z SIWZ pakowane po 20 szt. w opakowaniu jednostkowym?

Odp. Tak

**Pytanie 67.**

Czy Zamawiający oczekuje, iż oferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia w pakiecie 16 w pozycjach 8 - 13 będzie zgodny z definicją wyrobu medycznego:

*„Pojemniki na próbki są uważane za wyrób medyczny używany do diagnozy in vitro. „Pojemniki na próbki” to wyroby, typu próżniowego lub inne, specjalnie przeznaczone przez wytwórcę do przechowywania oraz konserwacji próbek pochodzących z organizmu ludzkiego do celów badania diagnostycznego in vitro.”)?*

W związku z definicją pojemniki do próbek chirurgicznych należy traktować jak wyrób medyczny, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 579 z późn. zm.) będąco polską implementacją do dyrektywy 93/42/WE, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 r. do w/w ustawy, będącą polską implementacją dyrektywy 98/79/WE.

Odp. Nie

**Pytanie 68.**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 16 w pozycji 11 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 190 ml

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 69.**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 16 w pozycji 12 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 520 ml

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 70.**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 16 w pozycji 13 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 2300 ml

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 71.**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pojemników do próbek histopatologicznych do osobnego pakietu, pozycje od 8 do 13

Odp. Pozycje wydzielono modyfikacją z 01.08.2016r.

**Pytanie 72.** Prosimy o sprostowanie rozbieżności terminu sukcesywnych dostaw w zapisie SIWZ pkt.6.2. i wzorze umowy ( załącznik nr 4)§ 1 ust2, a zapisem kryterium oceny ofert (SIWZ pkt.17).

Odp. Zamawiający dokonuje zmian w tym zakresie.

**Pytanie 73. Dotyczy pakietu 2 poz. 9-15** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Foleya sterylizowanych tlenkiem etylenu i pakowanych podwójnie: wewnątrz w folie i zewnętrznie w opakowanie folia/papier, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 74. Dotyczy pakietu 2 poz. 9-15** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi start w postępowaniu większej ilości Wykonawców, a tym samym uzyskanie konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Nie

**Pytanie 75. Dotyczy pakietu 2 poz. 23-24** Prosimy o wydzielenie tej pozycji, co uniemożliwia przystąpienie do tego zadania innym Wykonawcom.

Odp. Zamawiający wydziela pozycje

**Pytanie 76. Dotyczy pakietu 2 poz. 26** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników thorax w rozmiarze CH 28 lub CH 36, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?



Cewniki Thorax są produkowane w rozmiarach co 4 jednostki, np. CH 24, CH 28, CH 32, CH 36.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 77. Dotyczy pakietu 3 poz. 1** Prosimy o wydzielenie tej pozycji ze względu na fakt, że Zamawiający wymaga kaniuli konkretnego producenta „BD Neoflon”, co uniemożliwia przystąpienie do tego zadania innym Wykonawcom.

Odp. Zamawiający wydziela pozycje

**Pytanie 78. Dotyczy pakietu 3 poz. 2** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniuli, znanego producenta VYGON, wykonanej z nowszego surowca - podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE) i z większą ilością pasków- 4 paski RTG oraz przepływem 20ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 79. Dotyczy pakietu 3 poz. 3** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniuli, znanego producenta VYGON, wykonanej z nowszego surowca - podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE) i z większą ilością pasków- 4 paski RTG, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 80. Dotyczy pakietu 3 poz. 4** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniuli, znanego producenta VYGON, wykonanej z nowszego surowca - podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE) i z większą ilością pasków- 4 paski RTG oraz przepływem 60 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 81. Dotyczy pakietu 3 poz. 5** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniuli, znanego producenta VYGON, wykonanej z nowszego surowca - podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE) i z większą ilością pasków- 4 paski RTG oraz przepływem 90ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 82. Dotyczy pakietu 3 poz. 6** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniuli, znanego producenta VYGON, wykonanej z nowszego surowca - podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE) i z większą ilością pasków- 4 paski RTG oraz przepływem 180ml

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 83. Dotyczy pakietu 3 poz. 7** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniuli, znanego producenta VYGON, wykonanej z nowszego surowca - podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE) i z większą ilością pasków- 4 paski RTG oraz przepływem 240ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 84. Dotyczy pakietu 3 poz. 9** Prosimy o dopuszczenie koreczków ze standardowym trzpieniem.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 85. Dotyczy pakietu 3 poz. 13** Prosimy o wydzielenie krótkiej kaniuli do tętnicy 20G x 45mm, gdyż ten asortyment posiada tylko jeden producent, co uniemożliwia przystąpienie do tego pakietu innym Wykonawcom.

Odp. Zamawiający wydziela pozycje

**Pytanie 86. Dotyczy pakietu 3 poz. 14** Prosimy o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego, o lepszych parametrach- pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub **720 aktywacji oraz objętości wypełnienia 0,07ml**. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 87. Dotyczy pakietu 5 poz. 1,3** Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga igły biorczej komory kropłowej ściętej dwupłaszczyznowo?

Odp. Nie wymaga

**Pytanie 88. Dotyczy pakietu 5 poz. 2** Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania krwi bez możliwości zabezpieczenia igły biorczej, gdyż zgodnie z procedurami nie należy rozłączać przyrządu i worka z krwią i łącznie oddać do utylizacji? Zabezpieczenie igły biorczej w przypadku przetaczania krwi naraża personel na kontakt bezpośredni z krwią i stanowi duże ryzyko.

Odp. Tak, nie wymagamy opcji zabezpieczenia igły biorczej

**Pytanie 89. Dotyczy pakietu 6 poz. 1-3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawk o pojedynczym zabezpieczeniu przed wypadnięciem tłoka, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 90. Dotyczy pakietu 6 poz. 1-4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawk ze standardową pojedynczą i rozszerzoną skalą pomiarową, z nazwą producenta nadrukowaną na cylindrze, z wyraźnym oznakowaniem pojemności cyfrą, w zamian za kolorystyczne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu, z informacją o braku PVC (co jest równoznaczne z brakiem ftalanów), spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 91. Dotyczy pakietu 6 poz. 7-9** Prosimy o doprecyzowanie czy przez sformułowanie „strzykawka do pomp” Zamawiający rozumie spełnienie normy „PN-EN ISO 7886-2: 2002 – sterylne strzykawki jednorazowego użytku – strzykawki do stosowania z pompami infuzyjnymi”.

Odp. Tak

**Pytanie 92. Dotyczy pakietu 6 poz. 6, 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawk z nazwą handlową na cylindrze, w zamian za nazwę producenta, co umożliwi szybką i pewną identyfikację wyrobu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

**Pytanie 93. Dotyczy pakietu 16 poz. 9** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na próbki histopatologiczne 60 ml z wiekiem na wcisk?

Odp. Pojemniki mają być zakręcane

**Pytanie 94. Dotyczy pakietu 16 poz. 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na próbki histopatologiczne 120 ml z wiekiem na wcisk?

Odp. Pojemniki mają być zakręcane

**Pytanie 95. Dotyczy pakietu 16 poz. 11** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na próbki histopatologiczne 250 ml z wiekiem na wcisk?

Odp. Pojemniki mają być zakręcane

**Pytanie 96. Dotyczy pakietu 16 poz. 12** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na próbki histopatologiczne 500 ml z wiekiem na wcisk?

Odp. Pojemniki mają być zakręcane

**Pytanie 97. Dotyczy pakietu 16 poz. 13** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na próbki histopatologiczne 2,0l z wiekiem na wcisk?

Odp. Pojemniki mają być zakręcane

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 30.08.2016r. do godz.9:00. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wraz z odpowiedziami przekazuje się wszystkim uczestnikom postępowania zmodyfikowaną SIWZ.

Otrzymują:

1. a/a.
2. Wszyscy uczestnicy postępowania

Z poważaniem

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
*Ilona Zmarlak*  
Ilona Zmarlak

**POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE  
w WOŁOWIE Sp. z o.o.**  
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26  
tel. 71/ 380 58 01  
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE  
NIP 988-02-67-118 REGON 020749596  
(2)