

Wołów, 01.08.2016 r.

14/PCM/2016/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 14/PCM/2016/ZP/A zadania pn: **Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt. papier-folia oznaczony kolorem czerwonym tętnicy, oraz niebieskim żylny w opakowaniu zbiorczym (karton) 36 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 50 par?

Odp. Nie- Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14 z pakietu 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odp. Nie- Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 3. Pakiet 19, pozycja 1-2 Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania z portem do pobierania próbek konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Pakiet 24, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości (czyli 288 op.)?

Odp. Tak

Pytanie 5. Pakiet 24, pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 6. Pakiet 24, pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 7. Pakiet 16, pozycja 8-13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu? Wydzielenie pozwoli naszej firmie złożyć ważną i konkurencyjną cenowo ofertę.

Odp. Tak

Pytanie 8. Pakiet 16, pozycja 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 2300ml?

Odp. Tak

Pytanie 9. Pakiet 16, pozycja 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika pojemności 3000 ml?

Odp. Nie

Pytanie 10. Pakiet 16, pozycja 8-13 Czy Zamawiający oczekuje, iż oferowane przez Wykonawców pojemniki w w/w zadaniu będą zgodne z definicją określoną w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych? :” (art.2 ust.1 pkt 39b) – wyrób medyczny do diagnostyki In vitro: pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego In vitro”.

Odp. Nie

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wraz z odpowiedziami przekazuje się wszystkim uczestnikom postępowania zmodyfikowaną SIWZ.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. a/a.
2. Wszyscy uczestnicy postępowania

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Monika Zmarlak
Monika Zmarlak

FORMULARZ CENOWY

ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2016-2017

Formularz zawierający zmiany w pakietach 16 i wydzielający nowy pakiet 33. Zmiana z dnia 01.08.2016r.

Pakiet 16

Lp.	Nazwa artykułu (sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na	Rozmiar	j.m.	ilość na 12 miesięcy	cena netto	wartość netto	Vat %	Cena brutto	wartość brutto	ilość w opakowaniu handlowym/
1.	przekucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy zwyceściami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwości ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czarny	0,2-0,3l	szt.	30						
2.	(sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy zwyceściami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwości ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czarny	0,6-0,7 l	szt.	800						
3.	(sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy zwyceściami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwości ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czarny	1l	szt.	900						
4.	pojemnik na odpady medyczne, plastik (sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy zwyceściami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwości ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czarny	2 l	szt.	800						

5.	pojemnikna odpady medyczne:plastik ,sztywny,nieprzemakalny,mechanicznie odporny na przekucie i chemikalia,jednorazowy,otwór wrzutowy zwyceciami utatwiającymi zdejmowanie igieł.Pokrywa mocowana bez możliwości ponownego otwarcia.Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzajuodpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych,kolor czrwny	5l	szt.	140					
6.	pojemnikna odpady medyczne:plastik ,sztywny,nieprzemakalny,mechanicznie odporny na przekucie i chemikalia,jednorazowy,otwór wrzutowy zwyceciami utatwiającymi zdejmowanie igieł.Pokrywa mocowana bez możliwości ponownego otwarcia.Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych,kolor czrwny	10l	szt.	250					
7.	pojemnikna odpady medyczne:plastik ,sztywny,nieprzemakalny,mechanicznie odporny na przekucie i chemikalia,jednorazowy,otwór wrzutowy zwyceciami utatwiającymi zdejmowanie igieł.Pokrywa mocowana bez możliwości ponownego otwarcia.Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów z miejscem na wpisanie potrzebnych danych,kolor czrwny	20 l	szt.	200					
				Razem wartość netto	0,00	Razem wartość brutt	0,00		

Pakiet 33

Lp.	Nazwa artykułu	Rozmiar	j.m.	ilość na 12 miesięcy	cena netto	wartość netto	Vat %	Cena brutto	wartość brutto	opako waniu handlo wym/
8.	pojemnik do próbek histopatologiczne zakręcane	30 ml	szt.	800						
9.	pojemnik do próbek histopatologiczne zakręcane	60ml	szt.	200						
10.	pojemnik do próbek histopatologiczne zakręcane	100ml	szt.	150						
11.	pojemnik do próbek histopatologiczne zakręcane	200ml	szt.	100						
12.	pojemnik do próbek histopatologiczne zakręcane	500ml	szt.	50						

13.	pojemnik do próbek histopatologiczne zakręcane	2,5l	szt	10					
					Razem wartość netto	0,00	Razem wartość brutt	0,00	