

Wołów, .06.09.2016 r.

9/PCM/2016/ZP/B

### WYJAŚNIENIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy 9/PCM/2016/ZP/B, nazwa zadania: **Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego- rękawic jednorazowych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści zaproszenia informujemy:

**Pytanie 1** Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów prospekty, katalogi, itp. wystawione przez dystrybutora?

Odp. Prosimy o doręczenie dokumentów potwierdzających parametry, atesty itd. rękawic.

**Pytanie 2 – dotyczy Pakietu 1, 2** Prosimy Zamawiającego o podanie przewidywanych ilości zakupowych dla Pakietu 1 i 2.

Odp. Zamawiający podał ilości rękawic.

**Pytanie 3 – dotyczy Pakietu 1 Pozycja 1,2,3** Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane zgodnie z normą EN 374-1(z wył. pkt 5.3.2),-2,-3? Pragniemy nadmienić, iż pkt 5.3.2 dotyczy rękawic chemoodpornych, stosowanych głównie w przemyśle.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 4 – dotyczy Pakietu 1 Pozycja 4,5,6** Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280mm i pozostałych parametrach niezmienionych?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 5 – dotyczy Pakietu 3** Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280mm i poziomie AQL 0,65? Rękawice o niższym poziomie AQL gwarantują wyższą jakość, lepszą szczelność a zarazem są bardziej bezpieczne. Im niższy poziom AQL, tym mniejsza ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 6 – dotyczy Pakietu 5** Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein  $\leq 40\mu\text{g/g}$  i AQL 1,0? Rękawice o niższym poziomie AQL gwarantują wyższą jakość, lepszą szczelność a zarazem są bardziej bezpieczne. Im niższy poziom AQL, tym mniejsza ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.

Odp. AQL dopuszcza zamawiający, parametry protein zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 7- Pakiet 2** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawiczek teksturowanych na palcach, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 8- Pakiet 2** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawiczek o poziomie AQL<=1,5, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 9- Pakiet 2** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie wymaganych ilości rękawic

Odp. Zamawiający podał ilości rękawic

**Pytanie 10- Pakiet 3** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawiczek teksturowanych na części roboczej rękawicy, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 11- Pakiet 5** Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie protein <50ug/g zgodnie z normą EN 455:00 część 3, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 12- Pakiet 5** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic będących środkiem ochrony osobistej kategorii I do minimalnego ryzyka zgodnie z dyrektywą o środkach ochrony osobistej PPE 89/686/EEC, co zostanie potwierdzone deklaracją zgodności producenta.

odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 13- Projekt umowy- §1 pkt. 2** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie wymaganego terminu dostaw

Odp. W terminie 3 dni

**Pytanie 14- Projekt umowy- §1 pkt. 6** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie częstotliwości dostaw w miesiącu. Pozwoli to nam oszacować koszty dostaw, a tym samym zaproponować odpowiednią cenę sprzedaży.

Odp. Dostawy 2 x w miesiącu

**Pytanie 15- Projekt umowy- §1 pkt. 7**

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odp. Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację danego zamówienia/pakietu.

**Pytanie 16- Projekt umowy- §2 pkt. 3**

Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)?

Odp. Zamawiający uregulował odpowiedź powyższe zagadnienie w §2 pkt.4.

**Pytanie 17- Projekt umowy- §3 pkt. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 18- Dotyczy SIWZ- dokumenty i załączniki pkt. 12- PRÓBK** Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ilości wymaganych próbek: po 1 szt. / kpl. wszystkich asortymentów. Czy Zamawiający oczekuje 1 sztuki rękawicy diagnostycznej bądź 1 pary rękawicy chirurgicznej?

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia próbek do każdej pozycji z pakietu (próbka do każdego rozmiaru rękawicy) czy też dopuszcza dostarczenie próbki z dowolnego rozmiaru?

Odp. Próbki w jednym rozmiarze pozwalające określić parametry. Dla diagnostycznych rękawic pełne opakowania w kartonie pozwalające określić parametry rękawic.

**Pytania 19- Pakiet 1, poz 1-3**

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie zamawianej ilości opakowań.  
Odp. Zamawiający podał ilości.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic nitrylowych zarejestrowanych jako wyrób medyczny posiadających certyfikat oraz oznakowanie na opakowaniu potwierdzające spełnianie kat III ŚOI.  
Odp. Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic nitrylowych z AQL 1,5, co jest zgodne z normą EN 455-1?  
Odp. Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic w opakowaniach A'200 szt z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości?  
Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 20 - Pakiet 1 poz, 3-4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic o długości min. 290 mm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytania 21- Pakiet 2 poz. 1-3**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic nitrylowych z AQL 1,5, co jest zgodne z normą EN 455-1?  
Odp. Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic z teksturą na końcach placów ?  
Odp. Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic w opakowaniach A'200 szt z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości?  
Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 22- Pakiet 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych gładkich/matowych o zawartości protein poniżej 50 µg/g zgodnie z normą EN 455-3 zarejestrowanych jako wyrób medyczny, bez kat III ŚOI ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 23 - Pakiet 1, Poz. Wszystkie pozycje** – Czy Zamawiający doprecyzuje jakie ilości( na 12 miesięcy) miał na myśli?

Odp. Zamawiający podał ilości

**Pytanie 24 - Pakiet 1 Poz. 1,2,3** - Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5, w opakowaniu a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 25 - Pakiet 1 Poz. 4,5,6** - Czy Zamawiający dopuści rękawice z długością min. 296 mm oraz grubościami: w obszarze palca 0,18 mm, dłoni 0,14 mm oraz mankietu 0,11 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 26, Pakiet 2- Poz. Wszystkie pozycje** – Czy Zamawiający doprecyzuje jakie ilości( na 12 miesięcy) miał na myśli?

Odp. Zamawiający podał ilości

**Pytanie 27, Pakiet 2 - Poz. 1,2,3** - Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na końcach palców z poziomem AQL 1,5 w opakowaniu a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 28, Pakiet 3 Poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 295 mm?.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 29, Pakiet 3 - - Poz. 3,4,5** – Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 300mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 30, Pakiet 3 - Poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 285 mm? Tak jak w rękawicach używanych w Państwa placówce do tej pory.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 31, Pakiet 3- Poz.2, 3,4,5** – Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 286 mm? Tak jak w rękawicach używanych w Państwa placówce do tej pory.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 32, Pakiet 4 Poz. 1,2,3,4** – Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy? Tak jak w rękawicach używanych w Państwa placówce do tej pory.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 33, Pakiet 5 - Poz. 1,2,3** – Czy Zamawiając dopuści rękawice z poziomem protein ≤ 49 µg/g?

Odp. Zamawiający dnie dopuszcza

**Pytanie 34, Pakiet 1poz. 1 – 3** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczno – ochronnych bezpydrowych nitrylowych, posiadających AQL≤1,5. W pozostałym zakresie zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 35, Pakiet 1 poz. 4 – 6** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o przedłużonym mankiecie, bezpydrowych, o średniej grubości na palcu min. 0,12 mm, grubości na dłoni min. 0,08 mm i średniej grubości na mankiecie min. 0,05 mm. W pozostałym zakresie zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 36, Pakiet 2 poz. 1 – 3** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczno – ochronnych bezpydrowych nitrylowych, posiadających AQL  $\leq 1,5$ . W pozostałym zakresie zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 37, Pakiet 3 poz. 1-5** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpydrowych, o długości min. 260-280 mm. W pozostałym zakresie zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza długość 280 mm.

**Pytanie 38, Pakiet 5 poz. 1-3** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych bezpydrowych, o zawartości protein  $\leq 50 \mu\text{g/g}$  rękawicy, co zgodnie z dostępną literaturą fachową jest poziomem zapewniającym minimalne ryzyko wystąpienia objawów alergii na lateks. W pozostałym zakresie zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 39** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycjach od nr 1 do nr 3 rękawiczek nitrylowych zgodnych z EN 374 – 1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2) – 2 – 3.

Pragniemy zaoferować Państwu produkt o ograniczonej ochronie przed substancjami wymienionymi w EN 374-1 w załączniku A, który określa 12 substancji chemicznych, głównie rozpuszczalników stosowanych w przemyśle, a nie w placówkach służby zdrowia.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 40-** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycjach od nr 1 do nr 3 rękawic nitrylowych w opakowaniach a'200 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 41** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 w pozycjach od nr 1 do nr 5 rękawic do zabiegów chirurgicznych o długości minimum 280mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 42-** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4 w pozycjach od nr 1 do nr 4 rękawiczek do zabiegów chirurgicznych spełniających normę EN 455-1,2,3,4 oraz przebadanych wg ASTM F 1671 i odstępiania od spełnienia normy amerykańskiej ASTM D 3577, która jest odpowiednikiem normy EN 455 oraz odstępiania od zgodności z normami: EM 420 i EN 380, które dotyczą rękawic zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 43** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycjach od nr 1 do nr 3 rękawic nitrylowych w opakowaniach a'200 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 44 , Pakiet 1,2-** Prosimy o podanie ilości zapotrzebowania na asortyment w w/v pakietach.

Odp. Zamawiający podał ilości

**Pytanie 45, pakiet 1, poz.1-3** – Prosimy o dopuszczenie rękawiczek o poziomie  $AQL \leq 1,5$  reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 46, pakiet 2, poz. 1-3** Prosimy o dopuszczenie rękawiczek o powierzchni gładkiej z teksturą na końcach palców, prosimy o dopuszczenie rękawiczek o poziomie  $AQL \leq 1,5$ , prosimy o dopuszczenie rękawiczek pakowanych po 200 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 47, pakiet 5, poz. 1-3** Prosimy o dopuszczenie rękawiczek o zawartości protein  $< 30\mu\text{g/g}$ .

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 48, pakiet 5, poz. 1-3** Prosimy o dopuszczenie rękawiczek będących środkiem ochrony indywidualnej w kat.1

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 49, pakiet 2, poz. 1-3-** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic z  $AQL 1,5$  zgodnie z norma EN455-1, wymagana przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 50, pakiet 3, poz. 1-** Norma EN 455, Której Państwo wymagacie, reguluje długość rękawic i jest ona różna dla poszczególnych rozmiarów. W związku z tym prosimy o dopuszczenie rękawic o długości 260 mm dla rozmiaru 6- zgodnie z normą EN 455-część 2, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 51, pakiet 3, poz. 2,3,4** –Norma EN 455, której Państwo wymagacie, reguluje długość rękawic i jest ona różna dla poszczególnych rozmiarów. W związku z tym prosimy o dopuszczenie rękawic o długości 270 mm dla rozmiaru 7;7,5;8 – zgodnie z normą EN 455- część 2, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 52, pakiet 3, poz. 5** – Norma EN 455, której Państwo wymagacie, reguluje długość rękawic i jest ona różna dla poszczególnych rozmiarów. W związku z tym prosimy o dopuszczenie rękawic o długości 280 mm dla rozmiaru 8,5 – zgodnie z normą EN 455- część 2, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 53, pakiet nr 4, poz. 1-4** – Zwracam się z prośbą o dopuszczenie rękawic z warstwą polimerową wewnątrz oraz silikonowanych od zewnątrz, z możliwością stosowania w systemie podwójnym. Jednocześnie zwracamy się o odstąpienie od wymogu normy 388, gdyż jest to norma stosowana głównie w przemyśle i pracach mechanicznych tj. np.: obsługa piły motorowej. Nadmieniamy że samo testowanie rękawic nie powoduje jeszcze spełnienia parametrów normy. W przypadku normy pn-EN 388 obok znaku graficznego i numeru normy powinien się znajdować czterocyfrowy kod, którego kolejne cyfry oznaczają odporność na działanie czynników mechanicznych. Pierwsza cyfra oznacza odporność na ścieranie, druga na przecięcie, trzecia na rozdzieranie a czwarta na przekłucie. Każdy z tych parametrów ma 5 stopni skuteczności, tak więc sam zapis o spełnieniu normy 388, nie potwierdza przejścia testów na określonym poziomie skuteczności a jedynie fakt poddania rękawic testowaniu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zca  
Pou5

**Pytanie 54, pakiet nr 2, poz. 1-3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic, gdzie AQL=1,5, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 55, pakiet nr 3, poz. 1-5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic o minimalnej długości rękawic 260mm-280mm w zależności od rozmiaru, AQL 1,5, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 56, pakiet nr 4, poz. 1-4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic z wewnętrzną warstwą polimerową bez warstwy nawilżającej AQL=1,5, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 57, dotyczy projektu umowy** – Czy zamawiający zgadza się aby w §4 ust pkt2) wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podanej) treści:” Przy odstąpieniu od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonanie umowy.”?

Zważywszy na odniesienie i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonanie umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

**Pytanie 58, dotyczy projektu umowy** – Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczyć zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Tak w związku z czym dopisuje się pkt. w § 1 umowy o brzmieniu:” Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych pisemnie przypadkach dostarczenia wyrobów tzw. zamienników o nie gorszych parametrach jakościowych oraz w tej samej cenie jak ofertowa na dany produkt”.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zaproszenia i będą wiążące przy składaniu ofert. Zamawiający dołącza do wyjaśnień zmieniony załącznik nr 4 tj. Projektu umowy.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian tj. do dnia 12.09.2016r. do godz.10:00

Z poważaniem

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
*Marta Zmarzka*  
Marta Zmarzka

Otrzymują:

1. a/a.
2. Wszyscy uczestnicy postępowania