

Wołów 30.08.2016 r.

9/PCM/2016/ZP/B

## ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI TERŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy 9/PCM/2016/ZP/B, nazwa zadania: **Dostawa używalnego sprzętu medycznego- rękawic jednorazowych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.**

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zaproszenia do składania ofert w zakresie:

1. Miejsce i terminu składania ofert z 05.09.2016r. godz.10:00 na 12.09.2016r. godz.10:00;
2. Formularz cenowy tj. ilości zamawianego towaru.

*W załączeniu do zawiadomienia:*

1. *Formularz cenowy po zmianie z dnia 30.08.2016r.*

Z poważaniem

Z upoważnienia

Prezesa

KIEROWNIK  
DZIAŁU ORGANIZACJI I KADR

*Dorota Wargosz*

Otrzymują:

1. a/a.
2. Wszyscy uczestnicy postępowania

**FORMULARZ CENOWY**

Zużywalny sprzęt medyczny na 2016-2017

Pakiet 1

**Rękawiczki nitylowe Bezłateksowe**

Lp.	Nazwa artykułu	Rozmiar	j.m.	ilość na 12 miesięcy	cena netto	wartość netto	Vat %	Cena brutto	wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1	Rękawiczki nitylowe bezpudrowe diagnostyczne zgodne z normami EN455 -1,2,3, EN374-1,2,3,,ASTMF1671. Zarejestrowany jako środek ochrony osobistej kat III ,AQL 1,0Kształt uniwersalny na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców.	S	x100szt	2400						
2	Rękawiczki nitylowe bezpudrowe diagnostyczne zgodne z normami EN455 -1,2,3, EN374-1,2,3,,ASTMF1671, Zarejestrowany jako środek ochrony osobistej kat III ,AQL 1,0Kształt uniwersalny na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców.	M	x 100szt	3600						
3	Rękawiczki nitylowe bezpudrowe diagnostyczne zgodne z normami EN455 -1,2,3, EN374-1,2,3,,ASTMF1671, Zarejestrowany jako środek ochrony osobistej kat III ,AQL 1,0Kształt uniwersalny na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców.	L	x 100szt	1360						

	<p>Rękawice diagnostyczne, nitylowe o przedłużonym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 300mm, grubość na palcu min 0.13 mm, na dłoni min 0.09 mm, na mankiecie min 0.07 mm posiadające AQL 1.5 , rękawice oznakowane, jako środek ochrony indywidualnej cat. III; rękawice zgodne z normami EN 455(1-4), ASTM F1671; EN 374-3 ;</p>	S	x 100szt	120													
3	<p>Rękawice diagnostyczne, nitylowe o przedłużonym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 300mm, grubość na palcu min 0.13 mm, na dłoni min 0.09 mm, na mankiecie min 0.07 mm posiadające AQL 1.5 , rękawice oznakowane, jako środek ochrony indywidualnej cat. III; rękawice zgodne z normami EN 455(1-4), ASTM F1671; EN 374-3 ;</p>	M	x 100szt	180													
	<p>Rękawice diagnostyczne, nitylowe o przedłużonym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 300mm, grubość na palcu min 0.13 mm, na dłoni min 0.09 mm, na mankiecie min 0.07 mm posiadające AQL 1.5 , rękawice oznakowane, jako środek ochrony indywidualnej cat. III; rękawice zgodne z normami EN 455(1-4), ASTM F1671; EN 374-3 ;</p>	L	x 100szt	40													
												Razem wartość netto	0,00		Razem wartość brutto	0,00	

Pakiet 2

### Rękawiczki nitylowe

Lp.	Nazwa artykułu	Rozmiar	j.m.	ilość na 12 miesięcy	cena netto	wartość nett	Vat %	Cena brutto	wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1	Rękawiczki nitylowe diagnostyczno-zabiegowe bezpudrowe, niejałowe, możliwość noszenia na prawej lub lewej dłoni, powierzchnia teksturowana mankiet rolowany długość min 240mm spełniający normy EN455-1-2-3, CE, AQL 1,0	S	x 100szt	500						
2	Rękawiczki nitylowe diagnostyczno-zabiegowe bezpudrowe, niejałowe, możliwość noszenia na prawej lub lewej dłoni, powierzchnia teksturowana mankiet rolowany długość min 240mm spełniający normy EN455-1-2-3, CE, AQL 1,0	M	x 100szt	800						
3	Rękawiczki nitylowe diagnostyczno-zabiegowe bezpudrowe, niejałowe, możliwość noszenia na prawej lub lewej dłoni, powierzchnia teksturowana mankiet rolowany długość min 240mm spełniający normy EN455-1-2-3, CE, AQL 1,0	L	x 100szt	20						
					Razem wartość netto	0,00		Razem wartość brutto	0	

### Pakiet 3

### Rękawiczki jałowe latexowe

Lp.	Nazwa artykułu	Rozmiar	j.m.	ilość na 12 miesięcy	cena netto	wartość netto	Vat %	Cena brutto	wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
-----	----------------	---------	------	----------------------	------------	---------------	-------	-------------	----------------	--

1	Rękawiczki do zabiegów chirurgicznych lateksowe ,bezpudrowe,jałowe,kształt anatomiczny,na prawą i lewą dłoń Powierzchnia teksturowana mankiet rolowany,wewnętrzna warstwa pokryta polimerem długość 280mm AQL 1 Zgodne z normamiEN455_1-2-3-4 ,CE, ASTM F 1671	6	para	200																
2	Rękawiczki do zabiegów chirurgicznych lateksowe ,bezpudrowe,jałowe,kształt anatomiczny,na prawą i lewą dłoń Powierzchnia teksturowana mankiet rolowany,wewnętrzna warstwa pokryta polimerem długość 280mm AQL 1 Zgodne z normamiEN455_1-2-3-4 ,CE, ASTM F 1671	7	para	3000																
3	Rękawiczki do zabiegów chirurgicznych lateksowe ,bezpudrowe,jałowe,kształt anatomiczny,na prawą i lewą dłoń Powierzchnia teksturowana mankiet rolowany,wewnętrzna warstwa pokryta polimerem długość 280mm AQL 1 Zgodne z normamiEN455_1-2-3-4 ,CE, ASTM F 1671	7,5	para	2000																
4	Rękawiczki do zabiegów chirurgicznych lateksowe ,bezpudrowe,jałowe,kształt anatomiczny,na prawą i lewą dłoń Powierzchnia teksturowana mankiet rolowany,wewnętrzna warstwa pokryta polimerem długość 280mm AQL 1 Zgodne z normamiEN455_1-2-3-4 ,CE, ASTM F 1671	8	para	1500																
5	Rękawiczki do zabiegów chirurgicznych lateksowe ,bezpudrowe,jałowe,kształt anatomiczny,na prawą i lewą dłoń Powierzchnia teksturowana mankiet rolowany,wewnętrzna warstwa pokryta polimerem długość 280mm AQL 1 Zgodne z normamiEN455_1-2-3-4 ,CE, ASTM F 1671	8,5	para	500																
													Razem wartość	0,00	Razem wartość	0				

netto brutto

Pakiet 4

Rękawiczki jałowe latexowe

Lp.	Nazwa artykułu	Rozmiar	j.m.	ilość na 12 miesięcy	cena netto	wartość netto	Vat %	Cena brutto	wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1	Rękawiczki do zabiegów chirurgicznych lateksowe ,bezpudrowe,jałowe,kształt anatomiczny na na prawą i lewą dłoń,powieszchnia z mikroteksturą ,mankiet rolowany Wewnętrzna warstwa polimerowana z warstwą nawijającą,możliwość zakładania podwójnie AQL1 zgodnie z normami EN455-1-2-3-4,420,388, ASTM D3577,ASTM F1671	7	para	1800						
2	Rękawiczki do zabiegów chirurgicznych lateksowe ,bezpudrowe,jałowe,kształt anatomiczny na na prawą i lewą dłoń,powieszchnia z mikroteksturą ,mankiet rolowany wewnętrzna warstwa polimerowana z warstwą nawijającą,możliwość zakładania podwójnie AQL1 zgodnie z normami EN455-1-2-3-4,420,388, ASTM D3577,ASTM F1672	7,5	para	1400						
3	Rękawiczki do zabiegów chirurgicznych lateksowe ,bezpudrowe,jałowe,kształt anatomiczny na na prawą i lewą dłoń,powieszchnia z mikroteksturą ,mankiet rolowany Wewnętrzna warstwa polimerowana z warstwą nawijającą,możliwość zakładania podwójnie AQL1 zgodnie z normami EN455-1-2-3-4,420,388, ASTM D3577,ASTM F1673	8	para	1800						

4	Rękawiczki do zabiegów chirurgicznych lateksowe ,bezpudrowe,jałowe,kształt anatomiczny na na prawą i lewą dłoń,powieszchnia z mikroteksturą ,mankiet rolowany Wewnętrzna warstwa polimerowana z warstwą nawilżającą,możliwość zakładania podwójnie AQL1 zgodnie z normami EN455-1-2-3-4,420,388, ASTM D3577,ASTM F1674	8,5	para	500	Razem wartość netto		Razem wartość brutto	
					0,00	0,00		

**Pakiet 5**

**Rękawiczki lateksowe diagnostyczne**

Lp.	Nazwa artykułu	Rozmiar	j.m.	ilość na 12 miesięcy	cena netto	wartość netto	Vat %	Cena brutto	wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1	Rękawice diagnostyczne , lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe niejałowe,mankiet rolowany , powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zawartość protein<20ug/g. AQL 1,5. Środek ochrony indywidualnej w kat III .Zgodne z wymaganiami normy EN 455-( 1- 4) oraz EN 374-3,	S	x 100szt	600						
2	Rękawice diagnostyczne , lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe niejałowe,mankiet rolowany , powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zawartość protein<20ug/g. AQL 1,5. Środek ochrony indywidualnej w kat III .Zgodne z wymaganiami normy EN 455-( 1- 4) oraz EN 374-3,	M	x 100szt	1000						

3	Rękawice diagnostyczne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrową niejałowe, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zawartość protein < 20ug/g. AQL 1,5. Środek ochrony indywidualnej w kat III. Zgodne z wymaganiami normy EN 455-(1-4) oraz EN 374-3,	L	x 100szt	150	Razem wartość netto	0,00	Razem wartość brutto	0
---	---	---	----------	-----	---------------------	------	----------------------	---