

Wołów, 17.02.2017 r.

4/PCM/2017/ZP/A
PCM/451/2017

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/PCM/2017/ZP/A. Nazwa zadania: „Dostawa urządzeń medycznych wraz z ich montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi”.

I. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: **Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań**

UZASADNIENIE PRAWNE:

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Oferta Wykonawcy **Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań** nie odpowiada w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zarówno w Pakiecie 1 jak również w Pakiecie 2.

W Pakiecie 1

- a) Zamawiający wymagał, aby sprzęt medyczny charakteryzował się parametrami: m.in. dynamika systemu min. 250 dB lub równoważny. Wykonawca wskazał w ofercie, iż dynamika oferowanego sprzętu medycznego to „**240 dB**, równoważna dynamika systemu dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii głowic 3T i technologii iBeam”. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
- b) Zamawiający wymagał zakresu częstotliwości pracy USG: co najmniej od 2 MHz do 18 MHz lub równoważnego. Wykonawca wskazał w ofercie, iż zakres częstotliwości oferowanego sprzętu medycznego wynosi „co najmniej od 1,3 MHz do 16 MHz, równoważny dzięki wykorzystaniu najnowszych głowic wykonanych w technologii 3T”. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
- c) Zamawiający wymagał, aby sprzęt medyczny posiadał automatyczną korekcję kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie +/- 80 stopni lub równoważny. Wykonawca wskazał w ofercie, iż oferowany sprzęt medyczny posiada

automatyczną korekcję kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie +/- 60 stopni oraz korekcję bramki w zakresie +/- 89 stopni, rozwiązanie równoważne. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

- d) Zamawiający wymagał, aby sprzęt medyczny posiadał zakres częstotliwości pracy głowicy endowaginalnej: co najmniej 3,0 – 9,0 MHz lub równoważny. Wykonawca wskazał w ofercie, iż oferowany sprzęt medyczny posiada „zakres częstotliwości pracy: 3,4 – 11 MHz, rozwiązanie równoważne – szerszy zakres pracy oraz technologia Mindray 3T”. Zatem dolny parametr nie został spełniony. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
- e) Zamawiający wymagał, aby istniała możliwość rozbudowy systemu oferowanego sprzętu medycznego o elektroniczną głowicę kardiologiczną Phased Array min. 1,0 – 5,0 MHz, kąt min. 90 st., min. 64 elementy, min. 4 pasma II harmonicznej lub równoważny. Wykonawca wskazał w ofercie, iż oferowany sprzęt medyczny posiada „możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę kardiologiczną Phased Array 1,3 – 4,7 MHz, kąt min. 90 st., min. 64 elementy, min. 4 pasma II harmonicznej, rozwiązanie równoważne wykorzystujące technologię Mindray 3T”. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

W Pakiecie 2

- f) Zamawiający wymagał, aby sprzęt medyczny charakteryzował się parametrami: m.in. dynamika systemu min. 250 dB lub równoważny. Wykonawca wskazał w ofercie, iż dynamika oferowanego sprzętu medycznego to „240 dB, równoważna dynamika systemu dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii głowic 3T i technologii iBeam”. Zamawiający wymagał zakresu częstotliwości pracy USG: co najmniej od 2 MHz do 18 MHz lub równoważnego. Wykonawca wskazał w ofercie, iż zakres częstotliwości oferowanego sprzętu medycznego wynosi „co najmniej od 1,3 MHz do 16 MHz, równoważny dzięki wykorzystaniu najnowszych głowic wykonanych w technologii 3T”. Zatem górny parametr nie jest zgodny z SIWZ. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
- a) Zamawiający wymagał, aby sprzęt medyczny posiadał automatyczną korekcję kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie +/- 80 stopni lub równoważny. Wykonawca wskazał w ofercie, iż oferowany sprzęt medyczny posiada automatyczną korekcję kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie +/- 60 stopni oraz korekcję bramki w zakresie +/- 89 stopni, rozwiązanie równoważne. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
- b) Zamawiający wymagał, aby sprzęt medyczny posiadał zakres częstotliwości pracy głowicy kardiologicznej: co najmniej 1,0 – 5,0 MHz lub równoważny. Wykonawca wskazał w ofercie, iż oferowany sprzęt medyczny posiada „zakres częstotliwości pracy: 1,3 – 4,7 MHz, rozwiązanie równoważne z wykorzystaniem technologii Mindray 3T”. Zatem górny parametr nie został spełniony. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
- c) Zamawiający wymagał, aby istniała możliwość rozbudowy systemu oferowanego sprzętu medycznego o elektroniczną głowicę kardiologiczną Phased Array min. 1,0 –

5,0 MHz, kąt min. 90 st., min. 64 elementy, min. 4 pasma II harmonicznej lub równoważny. Wykonawca wskazał w ofercie, iż oferowany sprzęt medyczny posiada „możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę kardiologiczną Phased Array 1,3 – 4,7 MHz, kąt min. 90 st., min. 64 elementy, min. 4 pasma II harmonicznej, rozwiązanie równoważne wykorzystujące technologię Mindray 3T”. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Pomimo powołania się przez Oferenta na spełnienie wyżej wymienionych warunków poprzez parametry równoważne, przywołane przez Oferenta warunki minimalne nie odpowiadają warunkom SIWZ. Brak wykazania przez Oferenta, że proponowane rozwiązania równoważne np. technologia Mindray 3T charakteryzują się wymaganymi w SIWZ parametrami. Zamawiający nie ma żadnej możliwości oceny i weryfikacji, iż podane rozwiązanie równoważne spełnia parametry zawarte w SIWZ.

II. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez wykonawców w poszczególnych pakietach:

Pakiet 1 - Aparat USG z głowicą Convex, Endowaginalną, liniową, MicroConvex;

Wybrana oferta firmy:

MIRO Spółka z o.o., ul. Floriańska 6/9, 03-707 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona w postępowaniu na pakiet nr 1, spełnia wymogi postawione przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 119 000,00 PLN brutto. Oferta firmy „MIRO” uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 i tym samym została wybrana do realizacji zamówienia. Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny wybranej oferty i tym samym oferta została wybrana do realizacji zamówienia.

Zestawienie złożonych ofert w pakiecie nr 1:

Oferenta	Cena pakietu netto	Cena pakietu brutto	Nazwa firmy/adres	Termin gwarancji	Liczba punktów w kryterium cena (max. 60 pkt)	Liczba punktów w kryterium parametry techniczne (max. 40 pkt)	Suma punktów
1	114 351,85	123 500,00	MIRO Spółka z o.o., ul. Floriańska 6/9, 03-707 Warszawa	36 miesięcy	60,00	40,00	100,00

Pakiet 2 - Aparat USG z głowicą Convex, kardiologiczną, liniową;

Wybrana oferta firmy:

MIRO Spółka z o.o., ul. Floriańska 6/9, 03-707 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferty złożone w postępowaniu na pakiet nr 2, spełniają wymogi postawione przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający na realizację zamówienia

przeznaczył kwotę 105 000,00 PLN brutto. Oferta firmy „MIRO” uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 i tym samym została wybrana do realizacji zamówienia.

Zestawienie złożonych ofert w pakiecie nr 2:

Oferta	Cena pakietu netto	Termin dostawy w godz.	Nazwa firmy/adres	Termin gwarancji	Punktacja - cena (60%)	Punktacja - termin dostawy (40%)	Suma punktów
1	89 351,85	96 500,00	MIRO Spółka z o.o., ul. Floriańska 6/9, 03-707 Warszawa	36 miesięcy	60,00	40,00	100,00

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 24.02.2017 r.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

- 1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

- 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
- 2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.),

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Młona Zmarzał

Kierownik zamawiającego

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE Sp. z o.o.
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26
tel. 71/ 380 58 01
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP 988-02-67-118 REGON 020749596
(2)

Do wiadomości:

1. a/a.
2. wszyscy uczestnicy postępowania