

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr I/PCM/2018/ZP/A Dostawa produktów leczniczych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o.o. przez okres 12 miesięcy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istoty warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1 - Dotyczy: Pakiet I6, poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści paski i glukometr przeznaczone do pomiaru glukozy w placówkach Szuby Zdrowia, umożliwiający pomiar poziomu glukozy w próbkach krwi własnoręcznie i noworodkowej, glukometr wyposażony jest w wyrzutnik pasków gwarantujący bezkontaktowe usunięcie paska, oznaczającym pomiar w czasie 5 sekund ?

ODPOWIEDZ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści system do monitorowania poziomu glukozy we krwi, który jest przeznaczony do pracy w placówkach Szuby Zdrowia, gdzie stosowany sprzęt musi być dodatkowo monitorowany pod kątem dokładności pomiarów oraz poprawności działania co przekłada się na zastosowanie chipów auto-kodujących ?

ODPOWIEDZ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający oczekuje glukometru pracującego w zakresie pomiaru 10-600 mg/Dl?

ODPOWIEDZ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający oczekuje aby glukometr informował o niedostatecznej ilości próbki krwi oraz miał możliwość dobrania brakującej ilości próbki krwi na pasek?

ODPOWIEDZ: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 5

Czy Zamawiający oczekuje roztworów kontrolnych, które są niezbędne do monitorowaniu poprawności i dokładności działania systemu na trzech poziomach: niski, normalny, wysoki z przydatnością do użycia po otwarciu fiolek min. 5 miesięcy?

ODPOWIEDZ: Zamawiający nie wymaga.



Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z powazaniem

Ilona Zmarlak
 PREZES
 ZARZADU SPÓŁKI