

2/PCM/2018/ZP/A

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w Wołowie Spółka z o.o.
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26
tel. (71) 380 58 01, fax (71) 389 27 99
wól. dohnośskie
NIP 988-02-67-118, REGON 020749596

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 7

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 2/PCM/2018/ZP/A Dostawa odczytników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 24 miesięcy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istnych warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy pakietu nr 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu do oznaczania Troponiny, którego wynik otrzymuje się w czasie poniżej 14 minut?

ODPOWIEDZ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na udział w postępowaniu przetargowym analizatora immunochemicznego, którego odczytniki immunochemiczne i aplikacje przez nie wykorzystywane posiadają draft krzywej kalibracyjnej, który jest weryfikowany i dostosowywany przez okresowo przeprowadzaną kalibrację. Pragniemy zwrócić uwagę fakt, że nawet kiedy w ulotkach odczytnikowych jest informacja o tym, że „pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora dla wszystkich parametrów, jest trwała przez cały okres stosowania odczytnika o tym samym numerze serii (lotu)“ nie zwalnia to operatora z konieczności wykonania kalibracji przy wstawieniu odczytnika o nowym numerze serii i ponowieniu tej kalibracji zgodnie z sugestiami w ulotkach odczytnikowych.

ODPOWIEDZ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w module immunochemicznym analizatora, który posiada system mycia sond zapobiegający kontaminacji? Analizator posiada zarówno dopuszczenie CE jak i FDA i jest analizatorem używanym do diagnostyki także testów najbardziej wrzliwych na potencjalną kontaminację jak np. testy do diagnostyki markerów chorób zakaźnych. Nawet analizatory stosujące jednorazowe końcówki dozujące są potencjalnie


narazone na kontaminację poprzez zastosowanie kuwety przepływowej do odczytu przebiegu reakcji immunochemicznej.?

ODPOWIEDZ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłużył termin składania ofert do 12.03.2018 r.. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Iona Zmarlak