

Wołów, 20.06.2018 r.

16/PCM/2018/ZP/A  
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE  
w WOŁOWIE Spółka z o.o.  
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26  
tel. (71) 380 58 01, fax (71) 389 27 99  
woj. dolnośląskie  
NIP 988-02-67-118, REGON 020749596

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 16/PCM/2018/ZP/A **Sprzedaż i dostawa laparoskopu wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

**Pytanie 1 - zad. 1 poz. 2**

Czy Zamawiający w pozycji 2 - Kamera medyczna Full HD dopuści parametr: czułość kamery poniżej 3 luxów?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 1 - zad. 1 poz. 4**

Czy Zamawiający w pozycji 4 - Źródło światła typu LED dopuści zapis: Żywotność emitera LED - min. 50 000 godzin. rozumiejąc, że zapis min. 50 000 tys godzin stanowi zwykły błąd pisarski i nie jest spełnione przez żadne urządzenie dostępne na rynku.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do 22.06.2018 r. . Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Jadwiga Rodzewicz  
  
Próbkrent