

Wołów, 18.02.2019r.

3/PCM/2019/ZP/A

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE  
w WOŁOWIE Spółka z o.o.  
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26  
tel. (71) 380 58 01, fax (71) 389 27 99  
woj. dolnośląskie  
NIP 988-02-67-118, REGON 020749596

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 3/PCM/2019/ZP/A **Dostawa produktów leczniczych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 12 miesięcy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

#### Dotyczy pakietu 16:

##### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

- Enzym – dehydrogenaza glukozy
- Zakres pomiarowy: 20-500mg/dl
- Wielkość próbki 0,6µl
- Temperatura przechowywania pasków 4-30 st. C.
- Refundacja – tak

Współpracujące z glukometrem o poniższych parametrach:

##### Funkcje glukometru:

- Pomiar stężenia glukozy we krwi
- Pomiar stężenia ciał ketonowych we krwi
- Czujnik minimalnej objętości próbki krwi
- Możliwość dokropienia zbyt małej próbki krwi
- Pamięć pomiarów (do 450 zdarzeń)
- Uśrednianie wyników z ostatnich 7, 14 i 30 dni
- Podświetlany ekran
- Alarmy dźwiękowe
- Możliwość podłączenia do komputera przez kabel USB

##### Dane techniczne:

- Wymiary: 7,47mm x 5,33mm x 1,63mm
- Masa: 45g
- Bateria litowa CR2032 (pastylkowa), wystarczy średnio na 1000 pomiarów
- Glukometr nie wymaga kodowania
- Jednostka miary - mg/gl (miligramy na decylitr)
- Zakres hematokrytu - 30%-60%
- Kalibrowany do osocza krwi

- Glukometr z automatycznym wyrzutem paska – nie, przy czym paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 2**

Czy w pakiecie nr 16 pozycja nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast certyfikatu Wykonawca okazał ulotkę/instrukcję obsługi do glukometru/pasków, w której jest wskazana możliwość pobierania krwi noworodkowej?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 3**

Czy w przypadku pakietu nr 16 Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który jest producentem pasków, w związku z czym nie posiada zezwolenia na prowadzenia hurtowni farmaceutycznej?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 4**

Czy w par. 1 pkt 5. Zamawiający dopuści możliwość składania zamówień jedynie przez fax lub e-mail?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający zwraca uwagę na zapis w par. 1 ust. 2 umowy, gdzie mowa jest, iż zamówienie złożone telefonicznie musi zostać potwierdzone faxem lub mailem.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
*Ilona Zmarlak*  
Ilona Zmarlak