

Wołów, 07.03.2019r.

4/PCM/2019/ZP/A

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE Spółka z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 26
56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99
www.pcmwolow.pl

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 4/PCM/2019/ZP/A Dostawa fabrycznie nowego ambulansu typ B wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Dot. I. Nadwozie, pkt 4 – Prosimy o podanie marki i modelu krzeselka kardiologicznego, który będzie transportowane w ambulansie?

ODPOWIEDŹ: ZGODNIE Z PARAMETRAMI W SIWZ.

Pytanie 2

Dot. I. Nadwozie, pkt 4 – Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści panele z przyciskami na mikrostryki, a nie typu touch screen, który z doświadczenia jest bardziej awaryjny, niż panel przyciskowy?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie 3

Dot. VII. Przedział medyczny - Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse w których w zabudowie meblowej będzie zamykany schowek na zamek szyfrowy zamiast na kluczyk? Wyjaśnienie: Zamek szyfrowy jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż kluczyk który może zgubić czy złamać.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie 4

Opis Zamawiającego dot. możliwości ustawienia pozycji siedzącej, przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha wspomagany sprężynami gazowymi, system redukcji ciężaru, wspomagający personel przy podnoszeniu transportera z pozycji złożonej do rozłożonej, np. poprzez sprężynę gazową jednoznacznie wskazuje na konkretne rozwiązanie technologiczne nie ma nic wspólnego z rzeczywistą funkcjonalnością a ma na celu wyeliminowanie konkurencji.

Ponadto zapisy takie jak: dodatkowe uchylne uchwyty transportera, poprawiające ergonomię pracy w przypadku pracy z pacjentami o znacznej wadze oraz możliwość regulacji długości goleni przednich (bez udziału serwisu), na minimum trzech poziomach w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie.

Wraz z w/w parametrami opisanymi przez Zamawiającego jednoznacznie wskazują na konkretnego producenta tj. zestaw transportowy firmy STOLLENWERK co nie jest zgodne z prawem zamówień publicznych i narusza punkt równego traktowania oferentów. Czy w związku z powyższym Zamawiający działając w myśl zasady równego traktowania oferentów dopuści nosze i transporter firmy FERNO o poniższych parametrach techniczno-użytkowych ?:

NOSZE GŁÓWNE WIELOZADANIOWE NA TRANSPORTERZE WIELOPOZIOMOWYM

- przystosowane do prowadzenia reanimacji (twarda płyta na całej ich długości)
- potrójnie łamane (z możliwością ustawienia pozycji siedzącej, przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha),
- Konstrukcja ramy noszy umożliwia wydlużenie leżyska pacjenta o minimum 20 cm
- Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni.
- Z kompletem szybkorozpinalnych pasów zabezpieczających o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy (dotyczy również pasów szelkowych),
- Z możliwością wprowadzania noszy na transporter, przodem i tyłem do kierunku jazdy
- z materacem z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne, materac umożliwia ustawianie wszystkich dostępnych pozycji
- z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.
- z dodatkowym zestawem upręży służącej do transportu małych dzieci na noszach,
- z poręczami bocznymi składanymi prostopadle do osi wzdłużnej noszy
- Pod leżyskiem pacjenta fabryczna półka umożliwiająca przechowanie np. Dokumentacji medycznej lub rzeczy osobistych pacjenta
- udźwig 230 kg,

TRANSPORTER WIELOPOZIOMOWY POD NOSZE GŁÓWNE

- z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;
- wielostopniowa 7 poziomowa regulacja wysokości transportera;
- możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na 3 poziomach pochylenia);
- System zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół , w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie (stole medycznym) a zwolniona jest blokada przednich goleni
- Transporter wyposażony w system blokady goleni. Po złożeniu do minimalnej wysokości, istnieje możliwość przeniesienia całego zestawu w tej pozycji;
- Możliwość prowadzenia transportera w boki
- Wyposażony w 4 kółka jezdne o średnicy 152 mm, 2 kółka wyposażone w hamulce;
- Konstrukcja noszy i transportera zabezpieczona przed korozją
- 2 dodatkowe uchwyty transportera, poprawiające ergonomię pracy w przypadku pracy z pacjentami o znacznej wadze;
- Udźwig 270 kg;

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany system transportu pacjenta tj. nosze wraz z transporterem był zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2 oraz PN EN 1865-1 potwierdzony certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę certyfikującą ?

ODPOWIEDŹ: ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści transporter którego koła jezdne, służące do jazdy wprost i bokiem nie są zgodne z normą 1789?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY, ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany transporter posiadał możliwość prowadzenia w bok do kierunku jazdy w pomieszczeniach zamkniętych i otwartych po takich powierzchniach jak np. kostka brukowa, asfalt, chodnik?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans VW Crafter wyposażony w dostępny jeden jedyny silnik o pojemności 1968 cm³ co w przybliżeniu daje 2 litry i potocznie mówi się, że są to silniki 2 litrowe?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wyposażenie ambulansów w dwa fabryczne akumulatory „głębokiego rozładowania” fabrycznie wzmocnione typu AGM o łącznej pojemności min. 184Ah, które w stosunku do akumulatorów żelowych charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami?

Wyjaśnienie: zalety technologii AGM

- najlepsza zdolność przyjmowania ładunku
- zdecydowanie dłuższa żywotność w pracy cyklicznej
- optymalizacja pod kątem niepełnych doładowań

Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę iż homologowane akumulatory w nowej technologii tzw. suchej mają zminimalizowany efekt pamięci dzięki czemu zwiększona jest ich żywotność.

Oferowane przez producenta akumulatory są bardziej żywotne niż żelowe. Ponadto tylko akumulatory montowane w fabryce przez producenta pojazdu bazowego są objęte gwarancją całopojazdową.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w klimatyzację z niezależną regulacją chłodzenia i siły nawiewu kabiny kierowcy i przedziału medycznego, wyposażoną w fabrycznie przygotowane wyloty powietrza? Opisane przez Zamawiającego rozwiązanie wskazuje rozwiązanie technologiczne a nie funkcjonalne.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie 11

Dot. I. Nadwozie, pkt 7 – Prosimy o dopuszczenie umiejscowienia wylotów z klimatyzacji na ścianie działowej u góry w przedziale medycznym, zamiast rozprowadzenia dachowego w kilku punktach.

Wyjaśnienie: Przy wylocie z jednego punktu znajdującym się bezpośrednio przy parowniku uzyskujemy maksymalną wydajność klimatyzacji, a więc schłodzone powietrze na całej długości sufitu wypchnięte z jednego punktu ma taką samą skuteczność chłodzenia jak wylot z kilku punktów, które nie są umieszczone bezpośrednio przy parowniku, a więc ich skuteczność chłodzenia jest odwrotnie proporcjonalna do odległości od parownika.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie 12

Czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w żądaniu przez Zamawiającego potwierdzenia świadectwa homologacji dla panelu dotykowego? Niemal wszyscy producenci ambulansów na rynku Polskim posługują się homologacjami całopojazdowymi, gdzie badane jest również

sterowanie instalacją elektryczną przedziału medycznego i wiele innych rzeczy.

Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna za spełnienie tego parametry poprzez dostarczenie dokumentu będącego homologacją Europejską całopojazdową przeprowadzoną przez certyfikowany niezależny instytut motoryzacyjny?

ODPOWIEDŹ: TAK.

Pytanie 13

Okna dachowe w ambulansach mają jednoznacznie posiadać taką funkcję, iż w przypadku ewentualnego wypadku, przewrócenia się ambulansu i uwięzienia zespołu w przedziale medycznym jest to jedyne możliwe miejsce do ewakuacji, dostania się do rannych. Roleta i moskitiera w takim wypadku jest rozwiązaniem niezasadnym służącym tylko i wyłącznie do nie wpuszczania owadów do przedziału medycznego i mającym swoje rzeczywiste zastosowanie na kempingu.

Mając na uwadze powyższe pytamy. Czy Zamawiający wymaga aby okno dachowe (tj. szyberdach) było również wyjściem ewakuacyjnym i czy Zamawiający zrezygnuje z rolety przeciwsłonecznej i moskitiery ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA OKNO DACHOWE BEZ ROLETY PRZECIWSŁONECZNEJ I MOSKITIERY.

Pytanie 14

Żadna z dostępnych pomp infuzyjnych dwutorowych dostępnych na rynku Polskim nie posiada zgodności z aktualną normą 1789. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważnej pompy jednostrzykawkowej zgodnej z wymaganiami aktualnej normy 1789.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie 15

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli w pkt. 2 dot. warunków gwarancji. Czy chodziło Zamawiającemu pod pojęciem „aparat”? Czy chodziło zamawiającemu o sprzęt medyczny, czy też ambulans?

ODPOWIEDŹ: AMBULANS/SPRZĘT MEDYCZNY.

Pytanie 16

Prosimy również o doprecyzowanie czy przeglądy po okresie gwarancji mają być bezpłatne? Jeżeli tak to czy Zamawiający ma świadomość, że to w znacznym stopniu podniesie koszt oferty?

ODPOWIEDŹ: PRZEGLĄDY BEZPŁATNE W OKRESIE GWARANCJI.

Pytanie 17

Zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji dostarczonymi przez producentów pojazdów bazowych, pojazd zastępczy przysługuje na czas serwisu lub naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych. W związku z powyższym prosimy o zmianę w tym zakresie na 3 dni robocze.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

Pytanie 18

W związku z tym, że postępowanie dotyczy ambulansu prosimy o wykreślenie pkt. 9 dot. warunków gwarancji, ponieważ pkt. ten nie ma nic wspólnego z ambulansem a tyczy się sprzętu. Nie jest możliwe m.in. wysłanie ambulansu np. pocztą kurierską.

ODPOWIEDŹ: POSTĘPOWANIE DOTYCZY AMBULANSU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM TJ. URZĄDZENIAMI MEDYCZNYMI, W ZWIĄZKU Z CZYM ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYKREŚLENIE PKT. 9 DOT. WARUNKÓW GWARANCJI.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 15.03.2019r do godziny 10:00. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Krzysztof Cisak


Prokurent