

Wołów, 18.10.2019r.

18/PCM/2019/ZP/A
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE Spółka z o.o.
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26
tel. (71) 380 58 01, fax (71) 389 27 99
woj. dolnośląskie
NIP 988-02-67-118, REGON 020749596

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 18/PCM/2019/ZP/A **Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Pakiet nr 3 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga dopuszczenie kaniuli z FEP z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet nr 3 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP

22 G	0,80 x 25	38
------	-----------	----

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP

20 G	1,00 x 32	64
------	-----------	----

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP

18 G	1,20 x 45	100
	1,20 x 38	105

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza kaniule 1,20 x 45.**Pytanie 5**

Pakiet nr 3 poz. 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie wymogu badania biokompatybilności dotyczące oferty?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**Pytanie 6**

Pakiet nr 3 poz. 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neoflon innego producenta niż BD ze zdejmowanym elementem ułatwiającym wkłucie do zyl obwodowych wykonana z PUR w rozmiarze:

Fioletowy	26 G	0,6 x 19	13
-----------	------	----------	----

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**Pytanie 7**

Pakiet nr 3 poz. 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neoflon ze zdejmowanym elementem ułatwiającym wkłucie do zyl obwodowych wykonana z FEP w rozmiarze:

Fioletowy	26 G	0,6 x 19	13
-----------	------	----------	----

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**Pytanie 8**

Pakiet nr 3 poz. 5, 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, modyfikuje SIWZ w/w zakresie.**Pytanie 9**

Pakiet nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kraników sprzedawanych na sztuki z przeliczeniem w formularzu asortymentowo cenowym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**Pytanie 10**

Pakiet nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika z koreczkiem z wewnętrznym trzpieniem powyżej własnej krawędzi ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Pakiet nr 3 poz. 9

Czy zamawiający wymaga kranika trójdrożnego z możliwością podawania lipidów/

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aparatu do infuzji grawitacyjnej z drenem o długości 180cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Pakiet nr 4 poz. 2


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie automatycznej dwudrożnej zastawki do dostępu bezigłowego do łączenia linii infuzyjnej (ilośćostępów ok 500) z szybkością przepływu 143ml/min możliwości podawania tłuszczu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Pakiet nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zaworu z jednym drenem z szybkością przepływu 167ml/min z możliwością podawania tłuszczu (ilośćostępów ok 600):




ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Pakiet nr 4 poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie automatycznej trójdrożnej zastawki do dostępu bezigłowego do łączenia linii infuzyjnej (ilośćostępów ok 500) szybkością przepływu 145ml/min



ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000305310, kapitał zakładowy 3 501 500,00, NIP 988-02-67-118 REGON 020749596



Pytanie 16

Pakiet nr 4 poz. 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzieleni w/w pozycji do osobnego pakietu

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Pakiet nr 4 poz. 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do aspiracji płynów z butelek z filtrem bakteryjnym bez zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekaniem

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Pakiet nr 5 poz. 1-2

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

ODPOWIEDŹ: Ma być możliwość zabezpieczenia igły.

Pytanie 19

Pakiet nr 5 poz. 1,2,3

Czy zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych wolny od ftalanów z logo producenta na zaciskaczu rolkowym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządów do przetaczania w opakowaniu folia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Pakiet nr 6 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie oznaczenia kolorystycznego na opakowaniu zbiorczym typu karton?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Pakiet nr 6 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki z pojedyncza czarna skala? Obecny opis zamówienia wskazuje tylko jednego producenta co nie daje możliwości złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo innym producentom

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Pakiet nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przeliczenia strzykawek w formularzu asortymentowo cenowym pakowanych po 80 sztuk?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 24

Pakiet nr 6 poz. 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki TBC U-100 z igła w rozmiarze 0,45x13mm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Pakiet nr 6 poz. 8

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki z jednostronna czarna skala pomiarową

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Pakiet nr 6 poz. 10

Czy zamawiający wymaga strzykawki typu Janeta z podwójna niezmywalna skala i z dwoma reduktorami luer?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Pakiet nr 7 poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,55 x 25mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Pakiet nr 7 poz. 14-15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie wymogu igieł pochodzących od jednego producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet nr 7 poz. 16-19

Czy Zamawiający wymaga igieł typu motylek o długości 20mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, iż przedłużył termin składania ofert do dnia 23.10.2019r. do godziny 10:00. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Piotr Burdach