

Wołów, 18.10.2019r.

18/PCM/2019/ZP/A  
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE  
w WOŁOWIE Spółka z o.o.  
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26  
tel. (71) 380 58 01, fax (71) 389 27 99  
woj. dolnośląskie  
NIP 988-02-67-118, REGON 020749596

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 9

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 18/PCM/2019/ZP/A **Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

#### Pytanie 1

Pakiet nr 19

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści w poz. 1 i 2 wkłady workowe dostarczone w formie nieskompresowanej (złożonej) lub tylko częściowo skompresowane, zapakowane w opakowania zbiorcze o dużej pojemności?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 2

Pakiet nr 19

Czy Zamawiający dopuści wkłady workowe z gładkimi przyłączami w okrywie (pozbawionymi schodków) wymagającymi docinania końcówek drenów lub stosowania drenów o mniejszych średnicach wewnętrznych?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 3

Pakiet nr 19

Czy Zamawiający oczekuje, aby wkłady workowe były w pełni przezroczyste (nie matowe) dla zapewnienia obserwacji odsysanych treści?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 4

Pakiet nr 19

Czy Zamawiający dopuści starszej generacji wkłady workowe z dwoma przyłączami w pokrywie (jedno przyłącze do pacjenta, drugie do próżni), w których przyłącze do próżni wymaga każdorazowego odłączania przy wymianie wkładów, a przyłącze do pacjenta jest w formie nieobrotowego gładkiego łącznika?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5**

Pakiet nr 27

Prosimy o potwierdzenie czy w pozycji nr 5 należy zaoferować zestaw do drenażu klatki piersiowej 2 butlowy, plastikowy 1 x użytku, z butlą na wydzielinę 3000 ml i butlą regulacji siły ssania 700 ml?

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, iż przedłużył termin składania ofert do dnia 23.10.2019r. do godziny 10:00. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES  
ZARZĄDU SPOŁEK  
*Piotr Burdach*