

Wołów, 14.10.2019r.

2/PCM/2019/ZP/B

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA - 1

Dotyczy: **ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA SPRZEDAŻ MONITORÓW KARDIOLOGICZNYCH ORAZ CENTRALI MONITORUJĄCEJ NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH DLA POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W WOŁOWIE SP. Z O.O., W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. PROGRAM PROFILAKTYKI I LECZENIA CHOROÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2017-2020**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert informujemy:

Pytanie 1 –

Monitor kardiologiczny – 4 sztuki:

Czy Zamawiający będzie wymagał by kardiomonitor były wyposażone w inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP), czy może to być możliwość rozbudowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uprzejmie informuje, że wymaga jedynie możliwości rozbudowy- dotyczy pkt. 36,37,38,39 Wymagane Parametry Techniczne oraz warunki gwarancji stanowiące Załącznik nr 4 do Zaproszenia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zaproszenia do złożenia oferty i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Piotr Burdach