

Wołów, 20.11.2019r.

20/PCM/2019/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 5

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 20/PCM/2019/ZP/A **Sprzedaż i dostawa rękawic jednorazowych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego środków ochrony indywidualnej tj. wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE oraz ustaleniem okresu przejściowego, w czasie którego nie można utrudniać udostępniania na rynku produktów objętych zakresem stosowania dyrektywy 89/686/EWG prosimy o doprecyzowanie i zgodę za zaoferowanie rękawic w pakiecie nr 2 spełniających normy EN 374 – 1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2) – 2 – 3 lub normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN 16523-1.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga norm EN 374-1,2,3 , EN 16523-1.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 rękawic nitylowych w opakowaniach a'200 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 w pozycjach od nr 1 do nr 5 rękawic do zabiegów chirurgicznych o długości minimum 280mm oraz posiadających poziom AQL 1,0 - niższy poziom AQL gwarantuje wyższą jakość rękawic, lepszą szczelność a zarazem większe bezpieczeństwo użytkownika.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga norm AQL 0,65 zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 w pozycjach od nr 1 do nr 3 rękawiczek diagnostycznych posiadających poziom AQL 1,0 - niższy poziom AQL gwarantuje wyższą jakość rękawic, lepszą szczelność a zarazem większe bezpieczeństwo użytkownika.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, iż przedłużył termin składania ofert do dnia 26.11.2019r. do godz. 10: 00. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Piotr Burdach