

Wołów, 24.09.2020 r.

4/PCM/2020/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 6

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 4/PCM/2020/ZP/A Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1 - do pakietu nr 3, poz. 9,10,11,12

Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki bezalkoholowe o właściwościach dezynfekcyjno-myjących o wymiarach 200x280mm nasączone roztworem QAV przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholu (pleksi, monitory, aparatura medyczna, lampy bezcieniowe, itp.), z możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych posiadające szeroką kompatybilność materiałową potwierdzoną oświadczeniem producenta na podstawie badań własnych wobec stali nierdzewnej, mosiądzu, aluminium, tworzyw sztucznych, poliwęglanu, polimetakrylanu metylu / polistyrenu, polietylenu, polipropylenu, poliamidu, polichlorku winylu oraz rekomendację producenta głowic USG z możliwością stosowania 2 miesiące po otwarciu skuteczne wobec B, F(PN-EN 16615:2015) do 1 minuty HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro (PN-EN 14476:2003+A1:2015) do 30 sekund, Tbc (M.terrae) do 2 minut (PN-EN14348:2005) przebadane na roztworze odcisniętym z chusteczek, z możliwością stosowania bez użycia rękawic ochronnych wg karty charakterystyki, będące wyrobem medycznym klasy IIa w opakowaniu a 100 sztuk Soft Pack ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 - do pakietu nr 3, poz. 11,12

Prosimy o doprecyzowanie jakiej klasy wyrobu medycznego mają być chusteczki w pozycji nr 11, 12?

Czy Zamawiający miał na myśli chusteczki do dezynfekcji powierzchni i osobny produkt chusteczki do dezynfekcji rąk na bazie chlorheksydyny, są to dwie odrębne grupy wyrobów medycznych. Prosimy o sprostowanie.

ODPOWIEDŹ: Chusteczki do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu oraz do dezynfekcji skóry rąk zawierające chlorheksydynę, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 - do pakietu nr 3, poz. 13,14

Czy Zamawiający dopuści alkoholowe chusteczki na bazie propanolu i QAV, niezawierające aldehydów i fenoli o szerokim spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc, V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, BVDV, influenza A Hong Kong, Rhinovirus, Adeno) w krótkim czasie od 15 sekund do 1 minuty, sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa, spełniające pozostałe wymagania SIWZ w opakowaniu a`125 szt. z przeliczeniem ilości opakowań?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


**PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI**
Piotr Burdach

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE sp. z o.o
56-100 Wołów ul Inwalidów Wojennych 26
tel 71/380 58 01
WOJ DOLNOŚLASKIE
NIP:988-02-67-118 REGON:020749596
(2)