

Wołów, 12.10.2020 r.

7/PCM/2020/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 7/PCM/2020/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1 - Pakiet 28 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace o gramaturze 68 g/m²?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - Pakiet 28 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha, którego odporność na wypychanie w obszarze krytycznym na sucho wynosi 232/161 i 214/153 kPa na mokro?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 - Pakiet 28 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego o wytrzymałości na wypychanie w obszarze krytycznym na sucho /mokro wynosi 160/142 kPa?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 - Pakiet 28 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu, w którym serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestetyczny) 225 cm x 270 cm posiada wycięcie U 45 cm x 65 cm, natomiast serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm ma wycięcie U 10 cm x 100 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

W przypadku, gdy Wykonawca zaferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Piotr Burdach

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE sp. z o.o.
56-100 Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26
tel. 71/380 58 01
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 988-02-67-118 REGON: 020749596
(2)