

Wołów, 14.10.2020 r.

7/PCM/2020/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 7/PCM/2020/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pakiet nr 20

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie staplera w rozmiarze 29 mm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie satplera w rozmiarze 32 mm i 34 mm – do wyboru.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie staplerów 60 H i 80 H – do wyboru

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie ładunków do staplerów 60 H i 80 H – do wyboru.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Ile staplerów ma zawierać opakowanie dla narzędzi opisanych w pozycji 4 i 5.

ODPOWIEDŹ: 100 szt.

Pakiet nr 33

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 i 3 dopuści zaoferowanie zglębników o konstrukcji nie wymagającej stosowania zacisku do regulacji przepływu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie zestawu ze zglębniakiem silikonowym o długości 60 cm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie zestawu ze zglębniakiem silikonowym o długości 60 cm, rozmiar Ch 16.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

~~PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI~~
Piotr Burdach

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE sp. z o.o
56-100 Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26
tel. 71/380 59 01
WOJ. DÓLNOŚLĄSKIE
NIP: 988-02-67-118 REGON: 020749596
(2)