

Wołów, 20.11.2020 r.

8/PCM/2020/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 5

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 8/PCM/2020/ZP/A **Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 24 miesięcy.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1 - Dotyczy Załącznika nr 6d do SIWZ, Tabela asortymentowo-cenowa

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tabeli asortymentowo-cenowej poprzez rozbudowanie tabeli o nazwy odczynników, ilość odczynników, ceny odczynników, materiał kontrolny oraz materiały zużywalne?

Podana cena jednostkowa badania netto i brutto jest zawsze wartością przybliżoną i nie jest podstawą rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą. Modyfikacja formularza asortymentowo-cenowego o wyżej wymienione informacje ułatwi składanie zamówień na asortyment potrzebny do wykonywania badań na oferowanym aparacie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje SIWZ w ww zakresie.

Pytanie 2 - Dotyczy Załącznika nr 6d do SIWZ, Tabela parametry graniczne

Czy Zamawiający dopuści analizator używany „sprawny technicznie, po pełnym przeglądzie technicznym, którego rok produkcji to 2014?”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 - Dotyczy Załącznika nr 6d do SIWZ, Tabela parametry graniczne

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby termin ważności odczynników wynosił 6 miesięcy od czasu dostawy do Zamawiającego z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której ważność wynosi 2 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego zgodnie z harmonogramem dostaw, dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje SIWZ w ww zakresie.

Pytanie 4 - Dotyczy Załącznika nr 6d do SIWZ, Tabela parametry graniczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kontroli zewnętrznej pochodzącej od producenta aparatu, potwierdzonej certyfikatem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


**PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI**
Piotr Burdach

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE sp. z o.o.
56-100 Wołów ul Inwalidów Wojennych 26
tel. 71/380 58 01
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 988-02-67-118 REGON: 020749596
(2)