

Wołów, 24.11.2020 r.

8/PCM/2020/ZP/A

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE sp. z o.o.
56-100 Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26
tel. 71/380 58 01
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 988-02-67-118 REGON: 020749596
(2)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 6

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 8/PCM/2020/ZP/A **Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 24 miesięcy.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1 - Dotyczy Pakietu nr 2; załącznika 6b:

Czy Zamawiający dopuści analizator o poniższych parametrach:

- Kompaktowy analizator immunochemiczny
- Analizator oznaczający parametry: cTnI, CK-MB, hsCRP, Mioglobina, D-Dimer, NTproBNP
- Czas oznaczenia parametrów nie dłuższy niż 17 minut
- Możliwość równoległego oznaczania do 6 parametrów lub 6 pacjentów w tym samym czasie
- Objętość badanej próbki krwi pełnej dla 1 parametru max 100 µL
- Analizator pracujący na próbkach krwi pełnej, surowicy, osoczu
- Kalibracja parametrów nie częściej niż co 28 dni
- Analizator wyposażony w ekran dotykowy i drukarkę termiczną
- System bezigłowy zapobiegający kontaminacji aparatu
- Analizator pracujący na jednorazowych kasetach pomiarowych i jednorazowych końcówkach reakcyjnych, gotowych do użycia

ODPOWIEDŹ: Nagłówek pytania wskazany przez Zamawiającego dotyczy analizatora immunochemicznego, natomiast treść pytania wskazuje, iż Zamawiający zadaje pytanie dotyczące analizatora parametrów krytycznych. W związku z tym Zamawiający dopuszcza ww analizator parametrów krytycznych.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Piotr Burdach