

Wołów, 20.11.2020 r.

8/PCM/2020/ZP/A

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ z dnia 20.11.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 8/PCM/2020/ZP/A **Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 24 miesięcy.**

Zamawiający - Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) Rozdział II SIWZ - Wzór umowy - § 1 ust. 11

Jest:

"11. Wykonawca do każdego dokumentu dostawy dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy dołączy kopię zamówienia Zamawiającego".

Po modyfikacji:

"11. Wykonawca do każdego dokumentu dostawy dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy dołączy kopię zamówienia Zamawiającego / numer zamówienia".

2) Rozdział II SIWZ - Wzór umowy - § 1 ust. 12

Jest:

"12. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pokwitowania przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru: Kierownik Laboratorium".

Po modyfikacji:

"12. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pokwitowania przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru: Kierownik Laboratorium-każdy pracownik laboratorium".

3) Rozdział II SIWZ - Wzór umowy - § 1 ust. 9

Jest:

"9. Miejscem wydania towaru jest Laboratorium - Brzeg Dolny Al. Jerozolimskie 28/ Szpital w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów, wyłącznie do godziny 14:00".

Po modyfikacji:

"9. Miejscem wydania towaru jest Laboratorium - Brzeg Dolny Al. Jerozolimskie 28/ Szpital w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów, wyłącznie do godziny 14:00 18:00".

4) SIWZ - termin składania ofert - pkt. 15.14

Jest:

15.14 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert, na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych
wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 24 miesięcy

Nr sprawy: 8/PCM/ZP/2020/A

nie otwierać przed 24.11.2020 r., godz. 10:30

Po modyfikacji:

15.14 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert, na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych
wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 24 miesięcy

Nr sprawy: 8/PCM/ZP/2020/A

nie otwierać przed ~~24.11.2020 r.~~ 27.11.2020 r., godz. 10:30

5) SIWZ - termin składania ofert - pkt. 17.2

Jest:

"17.2 Oferty należy składać do dnia: 24.11.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie tymczasowej Zamawiającego - Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 8, 56-100 Wołów, Sekretariat".

Po modyfikacji:

"17.2 Oferty należy składać do dnia: ~~24.11.2020 r.~~ 27.11.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie tymczasowej Zamawiającego - Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 8, 56-100 Wołów, Sekretariat".

6) SIWZ - termin składania ofert - pkt. 17.4

Jest:

"17.4 Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 24.11.2020 r., o godz. 10:30 w siedzibie tymczasowej Zamawiającego - Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 8, 56-100 Wołów - Sekretariat".

Po modyfikacji:

"17.4 Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu ~~24.11.2020 r.~~ 27.11.2020 r., o godz. 10:30 w siedzibie tymczasowej Zamawiającego - Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 8, 56-100 Wołów - Sekretariat".

7) SIWZ - Załącznik 6d - Opis przedmiotu zamówienia

Jest:

Załącznik nr 6d do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr pakietu	Nazwa pakietu	Opis
4	Hematologia	Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do hematologii

(podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora)

Parametry bezwzględne wymagane dla analizatora 5 diff (z rozdziałem krwinek białych na 5 populacji):

.....

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY	Wymagana odpowiedź	Wstawić TAK jeżeli spełnia lub NIE jeżeli nie spełnia
Parametry graniczne		
Określenie parametru		
Wydajność min. 60 oznaczeń na godzinę	Tak	
Podajnik próbek na min. 20 próbek (bez potrzeby ich otwierania) z czytnikiem kodów kreskowych i UPS w wyposażeniu analizatora	Tak	
Wykonanie oznaczeń min 24 parametrów (5 DIFF)	Tak	
Możliwość stosowania próbek systemu próżniowego lub systemu otwartego z przebijanym korkiem	Tak	

Bezczyjankowa metoda pomiaru hemoglobiny	Tak		
Automatyczne płukanie końcówki pobierającej krew	Tak		
Analizator oferowany fabrycznie nowy, nieużywany lub rok produkcji min. 2018, po przeglądzie technicznym wykonanym nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty	Tak		
Różnicowanie WBC na 5 populacji z wykorzystaniem fluorescencji cytometrii przepływowej w oparciu o laser półprzewodnikowy	Tak		
Liniowość (bez wstępnego rozcieńczenia) RBC min. do 8 mln / μ l WBC min do 300 mln / μ l PLT min do 5 mln / μ l HGB do 25g/dl	Tak		
Termin ważności odczynników min. 12 miesięcy od daty dostawy - nie dotyczy krwi kontrolnej	Tak		
Kontrola zewnętrzna udostępniona dla laboratorium	Tak		
Dla wszystkich parametrów jeden rodzaj krwi kontrolnej, której parametry wprowadzone są do aparatu za pomocą kodu	Tak		
Całodobowa gotowość analizatora do pracy bez konieczności wyłączenia - standby	Tak		
Możliwość identyfikacji pacjenta w oparciu o kod paskowy	Tak		
Instrukcja użytkownika w języku polskim	Tak		
Zgłaszania awarii 24 godz. na dobę	Tak		
Reakcja serwisu w ciągu max 24 godz.	Tak		
Na czas awarii Wykonawca zapewnia analizator zapasowy lub pokrywa koszty wykonania badań w innym laboratorium, wraz z kosztami dowozu materiału.	Tak		
Możliwość nadawania indywidualnych numerów dla badanych próbek	Tak		
Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC + DIFF), oszczędność odczynników w trybie pracy CBC	Tak		
Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach IG	Tak		
Możliwość oceny całkowitej liczby WBC metodą optyczną	Tak		
Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz stopniu zaawansowania	Tak		

9

patologii		
Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu, ewentualnie z CD	Tak	
Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym i wprowadzenia danych demograficznych pacjenta z LIS	Tak	
Analizator oferowany fabrycznie nowy, nieużywany lub rok produkcji min. 2018, po przeglądzie technicznym wykonanym nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty	Tak	
Parametry zalecane		
Określenie parametru		
Wbudowana drukarka	5 pkt	
Możliwość dokonywania pomiarów ze wstępnie rozcieńczonej krwi kapilarnej	10 pkt	
Komputerowa baza danych	5 pkt	
Reakcja serwisu w ciągu 12 godz.	20 pkt	

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

	Ilość badań na 24 miesiące	Cena jednostkowa netto 1 badania	Cena jednostkowa brutto 1 badania	Wartość netto na 24 miesiące	Wartość brutto na 24 miesiące
Morfologia CBC	35000				
5DIFF	9000				
Razem	44000				

Wykonawca jest zobowiązany przy obliczaniu kosztów oferty do uwzględnienia odpowiedniej ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych (przy uwzględnieniu stabilności odczynników na pokładzie analizatora po otwarciu jednostkowych opakowań odczynników, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kalibracji, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania codziennej kontroli jakości na poziomie normalnym, na poziomie niskim 3 razy w tygodniu, na poziomie wysokim 2 razy w tygodniu).

Oferent uzupełni ofertę o wykaz niezbędnego sprzętu/asortymentu do wykonania ww. ilości badań w okresie trwania umowy

Czynsz dzierżawny:

	Ilość analizatorów w szt.	Netto 1 miesiąc	Brutto 1 miesiąc	Wartość netto 24 mc	Wartość brutto 24 mc
Czynsz dzierżawny	1 szt.				

Razem wartość pakiet nr 4 – Hematologia: (odczynniki + kalibratory, kontrole, elementy zużywalne +dzierżawa)

..... PLN netto (słownie:))

..... PLN brutto (słownie:))

.....
*podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo*

Po modyfikacji:

Załącznik nr 6d do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr pakietu	Nazwa pakietu	Opis
4	Hematologia	Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do hematologii

(podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora)

Parametry bezwzględne wymagane dla analizatora 5 diff (z rozdziałem krwinek białych na 5 populacji):

.....

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY	Wymagana odpowiedź	Wstawić TAK jeżeli spełnia lub NIE jeżeli nie spełnia
Parametry graniczne		

ej

Określenie parametru		
Wydajność min. 60 oznaczeń na godzinę	Tak	
Podajnik próbek na min. 20 próbek (bez potrzeby ich otwierania) z czytnikiem kodów kreskowych i UPS w wyposażeniu analizatora	Tak	
Wykonanie oznaczeń min 24 parametrów (5 DIFF)	Tak	
Możliwość stosowania próbek systemu próżniowego lub systemu otwartego z przebijanym korkiem	Tak	
Bezczyjankowa metoda pomiaru hemoglobiny	Tak	
Automatyczne płukanie końcówki pobierającej krew	Tak	
Analizator oferowany fabrycznie nowy, nieużywany lub rok produkcji min. 2018, po przeglądzie technicznym wykonanym nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty	Tak	
Różnicowanie WBC na 5 populacji z wykorzystaniem fluorescencji cytometrii przepływowej w oparciu o laser półprzewodnikowy	Tak	
Liniowość (bez wstępnego rozcieńczenia) RBC min. do 8 mln / μ l WBC min do 300 mln / μ l PLT min do 5 mln / μ l HGB do 25g/dl	Tak	
Termin ważności odczynników min. 12 miesięcy 6 miesięcy od daty dostawy - nie dotyczy krwi kontrolnej, dla której ważność wynosi 2 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego zgodnie z harmonogramem dostaw	Tak	
Kontrola zewnętrzna udostępniona dla laboratorium	Tak	
Dla wszystkich parametrów jeden rodzaj krwi kontrolnej, której parametry wprowadzone są do aparatu za pomocą kodu	Tak	
Całodobowa gotowość analizatora do pracy bez konieczności wyłączenia - standby	Tak	
Możliwość identyfikacji pacjenta w oparciu o kod paskowy	Tak	
Instrukcja użytkowania w języku polskim	Tak	
Zgłaszania awarii 24 godz. na dobę	Tak	
Reakcja serwisu w ciągu max 24 godz.	Tak	
Na czas awarii Wykonawca zapewnia analizator zapasowy lub pokrywa koszty wykonania badań w innym laboratorium, wraz z kosztami dowozu materiału.	Tak	

Możliwość nadawania indywidualnych numerów dla badanych próbek	Tak		
Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC + DIFF), oszczędność odczynników w trybie pracy CBC	Tak		
Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach IG	Tak		
Możliwość oceny całkowitej liczby WBC metodą optyczną	Tak		
Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz stopniu zaawansowania patologii	Tak		
Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu, ewentualnie z CD	Tak		
Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym i wprowadzenia danych demograficznych pacjenta z LIS	Tak		
Analizator oferowany fabrycznie nowy, nieużywany lub rok produkcji min. 2018, po przeglądzie technicznym wykonanym nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty	Tak		
Parametry zalecane			
Określenie parametru			
Wbudowana drukarka	5 pkt		
Możliwość dokonywania pomiarów ze wstępnie rozcieńczonej krwi kapilarnej	10 pkt		
Komputerowa baza danych	5 pkt		
Reakcja serwisu w ciągu 12 godz.	20 pkt		

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

	Ilość badań na 24 miesiące	Cena jednostkowa netto 1 badania	Cena jednostkowa brutto 1 badania	Wartość netto na 24 miesiące	Wartość brutto na 24 miesiące
Morfologia CBC	35000				
5DIFF	9000				
Razem	44000				

9

	Ilość badań na 24 miesiący	Odczynniki (nazwa odczynnika, ilość, j.m., cena netto / brutto, wartość netto/ brutto)	Materiały kontrolne (ilość, j.m., cena netto / brutto, wartość netto/ brutto)	Materiały zużywalne (ilość, j.m., cena netto / brutto, wartość netto/ brutto)
Morfologia CBC	35000			
5DIFF	9000			
Razem	44000			

Wykonawca jest zobowiązany przy obliczaniu kosztów oferty do uwzględnienia odpowiedniej ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych (przy uwzględnieniu stabilności odczynników na pokładzie analizatora po otwarciu jednostkowych opakowań odczynników, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kalibracji, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania codziennej kontroli jakości na poziomie normalnym, na poziomie niskim 3 razy w tygodniu, na poziomie wysokim 2 razy w tygodniu).

Oferent uzupełni ofertę o wykaz niezbędnego sprzętu/asortymentu do wykonania ww. ilości badań w okresie trwania umowy

Czynsz dzierżawny:

	Ilość analizatorów w szt.	Netto 1 miesiąc	Brutto 1 miesiąc	Wartość netto 24 mc	Wartość brutto 24 mc
Czynsz dzierżawny	1 szt.				

Razem wartość pakiet nr 4 – Hematologia: (odczynniki + kalibratory, kontrole, elementy zużywalne +dzierżawa)

..... PLN netto (słownie:))

..... PLN brutto (słownie:))

.....
*podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
 uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
 lub posiadających pełnomocnictwo*

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższych zmian. Zamawiający do niniejszego pisma dołącza tekst jednolity SIWZ.

Z poważaniem

**PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI**
Piotr Burdach

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE sp. z o.o.
56-100 Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26
tel 71/380 58 01
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 988-02-67-118 REGON: 020749596
(2)