

Wołów, 28.12.2020 r.

12/PCM/2020/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 12/PCM/2020/ZP/A **Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 24 miesięcy II.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, w których kwas askorbinowy w stężeniu poniżej 1.4 mmol/L nie powoduje wyników fałszywie negatywnych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w celu eliminacji wpływu kwasu askorbinowego na wynik wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków 11- parametrowych z dodatkowym polem testowym na obecność kwasu askorbinowego w próbce badanej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania czytnika z dotykowym ekranem ciekłokrystalicznym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE sp. z o.o.
56-100 Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26
tel. 71/380 58 01
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP 988-02-67-118 REGON: 020749596
(2)

Z poważaniem

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Piotr Burdach