

Wołów, 28.12.2020 r.

14/PCM/2020/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 14/PCM/2020/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy II.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1 - Pakiet nr 3, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści dreny o długości 500mm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - Pakiet nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dreny CH27?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 - Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 40x42cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 - Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 45x55cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - Pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 56x84cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 - Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, czyli 160 opakowań po 10 sztuk?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 - Pakiet nr 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na próbki o pojemności 2300ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 - Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej powierzchni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 - Pakiet 11, pozycje 2-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 - Pakiet 11, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 - Pakiet 11, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści fartuch barierowy zgodny z normą EN 13795?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 - Pakiet 11, pozycja 5-6

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby fartuch był zgodny z normą EN 14606?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 - Pakiet 11, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne mocowane na gumki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 - Pakiet 11, pozycja 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15 - Pakiet 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści półmaski jednorazowego użytku?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 - Pakiet 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści półmaski z zaworem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE sp. z o.o.
56-100 Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26
tel 71/380 58 01
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP 988-02-67-118 REGON: 020749596
(2)

Z poważaniem
PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Piotr Burdach