

Wołów, 29.12.2020 r.

14/PCM/2020/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 9

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 14/PCM/2020/ZP/A **Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy II.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1- Pak nr 4, pyt. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy wymiennych ze stali węglowej, na każdej sztuce wytłoczone logo producenta i rozmiar.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - Pak. nr 4, pyt. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu zabezpieczenia pracy personelu wymaga, aby każde opakowanie indywidualne było kodowane kolorem w zależności od rozmiaru, z rysunkiem ostrza w skali 1:1 na opakowaniu, a opakowanie zbiorcze było zabezpieczone dodatkową folią?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3 - Pak. nr 6, pyt. 1

Z uwagi na fakt, że folia operacyjna posiada powierzchnię użytkową (lepną) i całkowitą (użytkowa powiększona o paski ułatwiające aplikację) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że podane w SIWZ rozmiary odnoszą się do powierzchni użytkowej (tzw. lepnej) folii?

ODPOWIEDŹ: Rozmiary odnoszą się do powierzchni użytkowej.

Pytanie 4 - Pak nr 6, poz. 1, pyt. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni: lepna 40x42cm i całkowita 40x50,5cm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 5 - Pak nr 6, poz. 1, pyt. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni: lepna 45x55cm i całkowita 45x63,5cm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 - Pak nr 6, poz. 2, pyt. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni: lepna 45x75cm powierzchnia całkowita 45x83,5cm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 - Pak nr 6, poz. 2, pyt. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni: lepna 45x55cm i całkowita 45x63,5cm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 - Pak nr 7, pyt. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów pakowanych po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu ofertowym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 - Pak. nr 7, pyt. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy produktów zarejestrowanych jako wyrób medyczny w klasie IIa?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga.

Pytanie 10 - Pak. nr 7, poz. 1, pyt. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zabezpieczenia pacjenta i prawidłowo wykonanej higieny jamy ustnej oczekuje dostawy szczoteczek do zębów z poziomą i manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 Pak. nr 7, poz. 2, pyt. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zabezpieczenia pacjenta i prawidłowo wykonanej higieny jamy ustnej oczekuje dostawy gąbki do toalety jamy ustnej z poprzecznym pofałdowaniem pokrytej dwuwęglanem sodu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 - Pak. nr 11 - Poz. 1., pyt. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej SS (Spunbond-Spunbond) z powłoką polietylenową (PE) na całej powierzchni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

1

Pytanie 13 - Pak. nr 11 - Poz. 1., pyt. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy aby zapobiegać rozrywaniu i rozwarstwianiu się materiału fartucha oczekuje dostawy produktu o minimalnej gramaturze 40 g/m²?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 - Pak. nr 11 - Poz. nr 8, pyt. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nastąpiła omyłka pisarska i należy zaproponować półmaskę z filtrem FFP3 jednorazowego użytku?


ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza również maskę jednorazowego użytku.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


**PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI**
Piotr Burdach

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE sp. z o.o.
56-100 Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26
tel. 71/380 58 01
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP 988-02-67-118 REGON: 020749596
(2)

